

Poznań 5 grudnia 2018 r.

Dotyczy postępowania 49/18, pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści wirówkę z wirnikiem osiągającym niewiele niższe przyspieszenie maksymalne na poziomie 4020 xg, spełniającą wszystkie pozostałe wymagane parametry techniczne?

**Odp.**

**Zamawiający dopuszcza takie urządzenie.**