

Poznań dnia 10 czerwca 2019 r

Szanowni Państwo,

Dotyczy: „Dostawa karetki transportowej dla przychodni”, WSPL Zam. Publ. Nr 17/19

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie poniższych kwestii (udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania):

1. Dotyczy eksploatacji: prosimy Zamawiającego o określenie czy przeglądy okresowe samochodu bazowego dotyczące np. wymian oleju, klocków, filtrów, itd. w okresie gwarancji mają być wliczone w cenę oferty – tzw. oryginalny pakiet serwisowy danego producenta (to może podnieść jej koszt o ok 10 tys.), czy wykonawca ma nie wliczać ich w cenę oferty i Zamawiający każdorazowo podczas wizyty w ASO będzie za nie płacił. Wykonawca podkreśla, że nie chodzi o gwarancję, która jest bezpłatna ale o standardowe przeglądy które są niezbędne w celu jej utrzymania.

Odp. Wymagane przeglądy gwarancyjne co 12 miesięcy - 2 przeglądy w okresie 2 lat. W przypadku zaofiarowania gwarancji na okres 3 lat wymagane 3 przeglądy w tym okresie co 12 miesięcy. Itd. Koszt przeglądów pokrywa zamawiający

2. Dotyczy eksploatacji: prosimy Zamawiającego o określenie czy przeglądy okresowe zabudowy medycznej, mają być wliczone w cenę oferty czy wykonawca ma nie wliczać ich w cenę oferty i Zamawiający każdorazowo podczas wizyty serwisu będzie za nie płacił. Wykonawca podkreśla, że nie chodzi o gwarancję, która jest bezpłatna ale o standardowe przeglądy które są niezbędne w celu jej utrzymania.

Odp.

Wykonawca zapewni na swój koszt dla oferowanego ambulansu pełny serwis gwarancyjny zabudowy medycznej i wyposażenia medycznego w tym instalacji tlenowej oraz elektrycznej i innych elementów niepodlegających gwarancji pojazdu bazowego	w siedzibie Zamawiającego /poza siedzibą Zamawiającego* *wybrać właściwe (zakreślić) – parametr punktowany
--	--

3. Dotyczy eksploatacji: prosimy Zamawiającego o określenie czy przeglądy okresowe sprzętu medycznego, mają być wliczone w cenę oferty czy wykonawca ma nie wliczać ich w cenę oferty i Zamawiający każdorazowo podczas wizyty serwisu będzie za nie płacił. Wykonawca podkreśla, że nie chodzi o gwarancję, która jest bezpłatna ale o standardowe przeglądy które są niezbędne w celu jej utrzymania.

Odp.

Wykonawca zapewni na swój koszt dla oferowanego ambulansu pełny serwis gwarancyjny zabudowy medycznej i wyposażenia medycznego w tym instalacji tlenowej oraz elektrycznej i innych elementów niepodlegających gwarancji pojazdu bazowego	w siedzibie Zamawiającego /poza siedzibą Zamawiającego* *wybrać właściwe (zakreślić) – parametr punktowany
--	--

4. Prosimy o dopuszczenie dostawy na kołach co zmniejszy koszt dostawy.

Odp. Wyrażamy zgodę. (Maksymalny stan licznika przy odbiorze do 600 kilometrów).

5. Dotyczy zestawienie parametrów technicznych – prosimy o dopuszczenie kierownicy tylko z regulacją głębokości.

Odp. Nie wyrażamy zgody

6. Dotyczy zestawienie parametrów technicznych – czy Zamawiający wymaga butli tlenowej z reduktorem czy jedynie przygotowania miejsca na nią?

Odp. Zamawiający wymaga jedynie przygotowania miejsca na nią.

7. Dotyczy zestawienie parametrów technicznych – prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający wymaga tylko przepływomierza bez nawilżacza.

Odp. Zamawiający wymaga przepływomierza z nawilżaczem

8. Dotyczy zestawienie parametrów technicznych – prosimy o potwierdzenie, iż w ambulansie mają być przygotowane 3 miejsca mocowania: pod wózek inwalidzki, krzeselko kardiologiczne i schodołaz Zamawiającego.

ODP. Tak potwierdzamy 3 miejsca mocowania: pod wózek inwalidzki, krzeselko kardiologiczne i schodołaz. Przy czym krzeselko kardiologiczne dostarcza wykonawca

9. Dotyczy zestawienie parametrów technicznych – czy Zamawiający na pewno wymaga anteny do radiotelefonu z instalacją podłączeniową? Jeśli tak – prosimy o podanie marki i modelu radiotelefonu jaki będzie Zamontowany w samochodzie abyśmy mogli przygotować odpowiedni uchwyt.

Odp. Zamawiający nie zna jeszcze marki i modelu radiotelefonu jaki będzie Zamontowany w samochodzie.

10. Dotyczy zestawienie parametrów technicznych – prosimy o podanie szerokości deski ortopedycznej jaka będzie wożona w ambulansie.

Odp. Wymiary deski ortopedycznej 185 cm x 40 cm x 6 cm

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska,

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki w Poznaniu

Ul. A. Szylinga 1

60-782 Poznań

Dotyczy: Postępowania „ Dostawa karetki transportowej do przychodni”

Znak sprawy: Nr 17/19

W imieniuzwracam się do Zamawiającego z następującymi pytaniami:

Dotyczy Noszy:

1. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy, czy Zamawiający dopuści nosze transportowe monoblokowe renomowanego europejskiego producenta firmy Medirol model Sanero wyposażone w 4 kółka skrętne o 360 st., 2 wyposażone blokadę jazdy na wprost i 2 wyposażone w hamulce, posiadające 7 ustawień wysokości, wyposażone w uchwyty do przenoszenia zintegrowane z ramą noszy, stanowiące jednocześnie osłonę przed przypadkowym dostępem do panelu obsługi, z dźwigniami oblokowywania

goleni kodowanymi kolorem czerwonym, o maksymalnej ładowności 250 kg, spełniające pozostałe wymagania SIWZ, zdjęcie w załączeniu?



Odp. Wyrażamy zgodę

Pytania dotyczące defibrylatora AED:

1. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o energii defibrylacji 150 J dla dorosłych oraz 50 J dla dzieci? Od wielu lat odchodzi się od protokołu wysokoenergetycznego wstrząsów ze względu na zwiększone ryzyko uszkodzenia mięśnia sercowego. Od momentu wprowadzenia na rynek defibrylatorów dwufazowych dąży się do podawania jak najniższych, skutecznych wartości energii.
2. Czy Zamawiający dopuści transfer danych za pomocą karty pamięci? W przypadku transmisji danych za pomocą karty pamięci mamy możliwość przekazania zapisów od razu po interwencji. Dzięki temu dane trafiają z pacjentem w sposób natychmiastowy do lekarza prowadzącego. Dzięki pamięci wewnętrznej zabranie karty nie skutkuje niesprawnością defibrylatora. Sprzęt pozostaje wciąż gotowy do użycia.
Dodatkowo rozwiązanie techniczne jakim są karty SD jest aktualnie bardzo popularny i nie stanowi problemu znalezienie urządzenia, na które będzie możliwe zgranie danych .
3. Czy Zamawiający dopuści defibrylator, którego suma pamięci wewnętrznej oraz zewnętrznej wynosi 31 godzin zapisu danych? Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwość zapisu zdarzeń jest o wiele większa, a dla samego gromadzenia danych i ich użyteczności nie powinno mieć znaczenia czy są przechowywane tylko w pamięci wewnętrznej, czy w pamięci zewnętrznej oraz wewnętrznej.
4. Czy Zamawiający dopuści defibrylator z baterią zapewniającą 125 defibrylacji, 8 godzin monitorowania danych oraz 4 lat ważności w stanie czuwania? Wskazany przez Zamawiającego opis właściwości baterii wraz z innymi parametrami technicznymi defibrylatora AED wskazuje na konkretną firmę oraz model urządzenia. Parametry określone w ten sposób uniemożliwiają złożenie swojej oferty innym Wykonawcom posiadającym sprzęt o zbliżonych parametrach i funkcjach. Takie działanie jest niezgodne z zasadami uczciwej konkurencji.

5. Czy Zamawiający wymaga aby bateria defibrylatora posiadała 4letnią gwarancję producenta? Wymaganie gwarancji na baterię ze strony Zamawiającego byłoby dodatkowym zabezpieczeniem urządzenia, które zamawia, a tym samym jego interesu w postaci otrzymania produktu najwyższej jakości.
6. Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie elementy defibrylatora pochodziły od głównego producenta urządzenia? Takie wymaganie zapobiegnie zaoferowaniu Zamawiającemu tańszych, chińskich zamienników oraz części, co do których nie można mieć pewności, czy spełniają odpowiednie wymagania bezpieczeństwa oraz nie spowodują awarii urządzenia.
7. Czy Zamawiający dopuści defibrylator o ekranie LCD TFT o rozmiarze 3,5 cala bez możliwości monitorowania EKG? Defibrylator AED zapisuje dane EKG w swojej pamięci, a więc dostęp do EKG pacjenta jest możliwy po przeprowadzeniu akcji ratunkowej. Dodatkowo pamiętać należy, że defibrylator automatyczny i półautomatyczny sam decyduje o potrzebie dokonania wyładowania na podstawie prowadzonej przez siebie analizy. Nie wydaje się być potrzebne, aby EKG było widoczne i dodatkowo odwracało uwagę od zdarzenia w chwili, gdy użytkownik AED nie ma wpływu na decyzję urządzenia co do podania wyładowania lub wielkości impulsu jaki zostanie wygenerowany.

Odp. Nie wyrażamy zgody

Numer sprawy: WSPL Zam. Publ. Nr 17/19

Nazwa zadania: Dostawa karetki transportowej dla przychodni

Szanowni Państwo

Ponieważ chcielibyśmy zaoferować Państwu fabrycznie nowe Ambulanse marki Renault Trafic rok produkcji 2019 bardzo prosimy o odpowiedz na pytania.

1. Czy Zamawiający wymaga aby w Ambulansie zamontowany był stopień zewnętrzny wysuwany?

Wyjaśniamy, iż opis traktujący na równi zaoferowanie i niezaoferowanie stopnia zewnętrznego spowoduje brak stopnia we wszystkich ofertach - ponieważ koszt samego stopnia i jego montażu zostanie odjęty od kalkulacji. Żaden oferent rozsądnie kalkulujący ofertę nie narazi się na dodatkowe koszty związane z dodaniem stopnia.

Odp. Zgodnie z siwz

2. Czy Zamawiający dopuści Ambulans bez nawigacji?

Odp. Zgodnie z siwz

3. Czy Zamawiający dopuści Ambulans bez rejestratora jazdy?

Odp. Zgodnie z siwz

Dot. Postępowania przetargowego na dostawę karetki transportowej dla przychodni

Znak sprawy WSPL Zam. Publ. Nr 17/19

Prosimy o odpowiedź na poniższe pytania

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans bez automatycznie włączających się świateł mijania i wycieraczki?

Odp. Zamawiający dopuszcza ambulans bez automatycznie włączających się świateł mijania i wycieraczki

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans wyposażony w radioodtwarzacz fabryczny z możliwością podłączenia telefonu bezprzewodowo (Bluetooth), MP3, złącza USB na konsoli centralnej, bez pilota sterującego pod kierownicą bez kierownicy wielofunkcyjnej?

Odp. Tak Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans bez okna na ścianie lewej?

Odp. Tak Zamawiający dopuszcza.