

Wyjaśnienia treści siwz:

Dotyczy: przetargu nieograniczonego **na dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku.**

Nr sprawy: 20/19

Pakiet nr 1 poz. 13-18

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie opisu, czy ma na myśli igłę j.u. bezpieczną, czy chodzi o osłonkę ochronną?

Odp. Chodzi o osłonkę ochronną.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego **na dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku.**

Nr sprawy: 20/19

Pakiet nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych w opakowaniu typu folia?

Odp. TAK

Pakiet nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych zawierający ftalany? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp. NIE

Pakiet nr 1 poz. 2-6

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z FEP, w rozmiarach:

- 0,8 x 25mm
- 1,0 x 32mm
- 1,2 x 38mm
- 1,5 x 45mm
- 1,7 x 45mm?

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp. NIE

Pakiet nr 1 poz. 2-6

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z PTFE, widoczna w USG, z filtrem hydrofobowym pełniącym funkcję zastawki antyzwrotnej, z koreczkiem Luer Lock, którego trzpień zamyka światło kaniuli poniżej krawędzi korka, opakowanie typu tyvec?

Odp. TAK

Pakiet nr 1 poz. 9-12

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 2-częściowe z rozszerzoną skalą: 2-3ml, 5-6ml, 10-12ml, 20-24ml? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp. TAK

Pakiet nr 1 poz. 13-18

Czy Zamawiający dopuści igły iniekcyjne z barwnym oznaczeniem rozmiaru nasadek i opakowania zbiorczego? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp. TAK

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku”; numer sprawy: 20/2019.

jako uczestnik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwraca się w trybie art. 38 ust. 1 Ustawy Pzp o udzielenie przez Zamawiającego następujących wyjaśnień:

PYTANIE 1 – pakiet 14, pozycje 4 i 5:

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie 14 w pozycjach 4 oraz 5.

Czy mają to być pojemniki, o których mowa w par. 5 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia w sprawie szczegółowego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5.10.2017 r. w sprawie *szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi* (Dz.U. z 2017 r. poz. 1975), czyli zewnętrzne pojemniki, do których wkłada się odpady z biologicznymi czynnikami chorobotwórczymi zgromadzone uprzednio w stosownym worku lub pojemniku? Prosimy o podanie materiału z jakiego pojemniki mają być wykonane oraz ich przeznaczenia.

Odp. TAK mają to być pojemniki, o których mowa w par. 5 ust. 1 pkt 1 b) rozporządzenia w sprawie *szczegółowego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5.10.2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi* (Dz.U. z 2017 r. poz. 1975), Na zdjęciu zamieszczono przykładowy rodzaj i typ pojemnika o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia



PYTANIE 2 – pakiet 14, pozycje 1, 2, 3:

Czy Zamawiając wydzieli z pakietu 14 pozycje nr: 1, 2, 3 tworząc pakiet np. 14a z pojemnikami na zużyte igły oraz inne ostre odpady medyczne. Pozwoli to na złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert, co pozwoli Zamawiającemu przy wyborze najkorzystniejszej oferty, osiągnięcie niższych cen i W razie braku zgody prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie i prawnie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

Odp. NIE

<https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/przygotowanie,-wszczecie-i-przebieg-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego/opinia-dotyczaca-opisu-przedmiotu-zamowienia>

PYTANIE 3:

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odp. TAK

dotyczy: „ Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku dla potrzeb Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poznaniu

Znak sprawy: WSPL Zam. Publ. Nr 20/19

Z A P Y T A N I A

W związku z ogłoszeniem postępowania przetargowego zwracamy się do Państwa z następującymi zapytaniami:

Pakiet nr.8

1. Pozycja nr 12- Czy Zamawiający dopuści filtr antybakteryjny i antywirusowy, elektrostatyczny z hydrofobowym filtrem wykonanym z włókien polipropylenowych, sterylny o wadze 29 g, przestrzeń martwa 45 ml ?

Odp. NIE

Postępowanie

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku, oznaczenie sprawy: 20/19.

Pakiet nr 13 poz. 1

Prosimy o wskazanie rozmiaru wymaganego papieru oraz o poddanie czy ma być z nadrukiem czy bez ?

Odp. Bez nadruku rozmiar 112x25

Pakiet nr 13 poz. 3

Czy w powyższej pozycji Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego producenta Mitsubishi czy też dopuszcza zaoferowanie papieru kompatybilnego?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie papieru kompatybilnego.

Pakiet nr 13 poz. 5

Prosimy o wskazanie czy powyższy papier ma być z nadrukiem czy bez ?

Odp. Bez nadruku

Pakiet nr 13 poz. 9

Prosimy o doprecyzowanie wymaganych ilości. Elektrody do defibrylacji są pakowane parami- zatem czy Zamawiający oczekuje 8 par elektrod czy też 8 sztuk (co daje 4pary) elektrod?

Odp. 8 sztuk (co daje 4pary) elektrod

Działając na podstawie art.38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.) zwracamy się o odpowiedź na poniżej postawione pytania.

Pakiet 13 poz. 1: Prosimy o podanie przez Zamawiającego rozmiaru papieru oraz informacji czy ma on być z nadrukiem czy bez?

Odp. Bez nadruku rozmiar 112x25

Pakiet 13 poz. 7: Czy Zamawiający dopuści elektrodę w rozmiarze 32 x 41mm?

Odp. NIE

Pakiet 13 poz. 7: Czy Zamawiający dopuści elektrodę okrągłą o średnicy 40mm?

Odp. NIE

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie dotyczące treści SIWZ :

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Pakiet nr 6

Pozycja 2-3 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania gazy jałowej 17 nitkowej w opakowaniu typu blister – papier-folia?

Odp. TAK

Pozycje 7-9 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania kompresów w opakowaniu typu blister – papier-folia – pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odp. TAK

Pozycje 10-12 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania opaskę dzianą w opakowaniu foliowym?

Odp. TAK

Pozycje 13-16 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania opaski elastycznej 5 metrowej, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, do pełnych opakowań w górę?

Odp. TAK

Pozycja 16 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania opaski elastycznej z dwoma zapinkami?

Odp. TAK

Pozycje 17-19 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania opaski gipsowej szybkowiązającej, o czasie wiązania 5-6 minut?

Odp. TAK

Pozycja 18 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania opaski gipsowej w rozmiarze 12 cm x 2,7 m?

Odp. TAK

Pozycja 20 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania syntetycznej wyściółki pod gips rozmiar 6cm x 3m?

Odp. TAK

Pozycja 25 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania kompresów chłonnych zbudowanych z 4 warstw materiałów chłonnych o różnych właściwościach, jałowych, w rozmiarze 10x20cm w op. a' 25szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. TAK

Pozycja 25 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania kompresów chłonnych zbudowanych z 4 warstw materiałów chłonnych o różnych właściwościach, jałowych, w rozmiarze 10x10cm w op. a' 25szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. TAK

Pozycja 33 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania niejałowego gazika – pozostałe parametry zgodne z opisem siwz?

Odp. NIE

Pozycja 35-37 - czy Zamawiający dopuści możliwość wyłączenia wymienionych pozycji z całości zadania i utworzenia z nich odrębnego przedmiotu zamówienia, pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie Wykonawców.

Odp. NIE

Dotyczy: Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku
nr sprawy – WSPL Zam. Publ. Nr 20/19

Pakiet nr 6 poz. 35-37

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie ww. produktów do osobnego pakietu. Wydzielenie ww. pozycji spowoduje dopuszczenie innych firm do udziału oraz zaproponowanie konkurencyjnych cen przy jakości wymaganej przez Zamawiającego.

Odp. NIE

Pakiet nr 6 poz. 36

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rozmiaru gąbki w kształcie walca o rozmiarze 8 x ø 3cm.

Odp. TAK

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie opakowania handlowego 6sztu z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odp. TAK

zwracam się z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej „SIWZ”) w poniższym zakresie:

Pakiet 1, poz. 1,7,20

Czy zamawiający wydzieli poz.1, 7,20 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odp. NIE

Pakiet 1, poz.7

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. TAK

Pakiet 2, poz. 1-4

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. TAK

Pakiet 2, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści sterylne ostrza chirurgiczne ze stali węglowej jednorazowego użytku z wygrawerowanym rozmiarem bezpośrednio na ostrzu, pakowane pojedynczo w folię aluminiową z identyfikacją rozmiarową oraz numerem LOT, datą ważności i produkcji oraz metodą sterylizacji, blister aluminiowy posiada kołnierz ułatwiający otwarcie, na opakowaniu zbiorczym nazwa producenta oraz importera a także pozostałe dane o rozmiarze ostrza, jego kształcie i ponownie nr LOT z datą produkcji i ważności i metodą sterylizacji, pakowane po 100 szt.?

Odp. TAK

Pakiet 2, poz. 8

Czy zamawiający dopuści aby rozmiar oraz kształt ostrza widoczny był na opakowaniu zbiorczym (100 szt) – opakowanie zbiorcze : kartonik z dyspenserem – kształt ostrza na opak. zbiorczym przedstawiony w formie piktogramu, jednocześnie rozmiar podany na opakowaniu jednostkowym w formie aluminiowego blistra i dodatkowo wygrawerowany na ostrzu, aluminiowe opakowanie jednostkowe umożliwi również szybką i łatwą identyfikację kształtu ostrza- widoczny odcisk kształtu (kształt ostrza jest ściśle powiązany z rozmiarem)?

Odp. TAK

Pakiet 2, poz. 9

Czy zamawiający oczekuje 80 opakowań po 100 sztuk?

Odp. TAK

Pakiet 2, poz. 15

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. TAK

Pakiet 2, poz. 1-4,8-9,10-20,26-28

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1-4,8-9,10-20,26-28 z pakietu 2. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu

pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

Odp. NIE

Pakiet 6, poz. 2-3

Czy zamawiający dopuści gazę pakowaną w opak. Folia-folia?

Odp. TAK

Pakiet 6, poz. 4-6

Czy zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze papierowe?

Odp. TAK

Pakiet 6, poz. 4-6

Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ? Wyroby, które są przedmiotem oferty są produktami niesterylnymi, w związku z tym nie używa się ich w zabiegach medycznych wysokiego ryzyka i nie zachodzi potrzeba, aby były sklasyfikowane w klasie II a reg.7.

Odp. TAK

Pakiet 6, poz. 10-12

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy poliestrowej 100%, gdyż włókna wiskozowe stosowane jako zamiennik poliestru są niezbyt wytrzymałe, gniotą się oraz elektryzują, co wpływa niekorzystnie na komfort pacjenta?

Odp. TAK

Pakiet 6, poz. 10-12

Czy zamawiający dopuści opakowanie foliowe?

Odp. TAK

Pakiet 6, poz. 28-29,34

Czy w związku z komfortem użytkowania siatek oraz wysoką przepuszczalnością zamawiający wymaga poniższej wielkości oczek?

Rozmiar 1 - 9mm x 10mm

Rozmiar 2 – 13mm x 15mm

Rozmiar 3 - 13mm x 15mm

Rozmiar 4 - 13mm x 15mm

Rozmiar 6 - 13mm x 15mm

Rozmiar 8 - 13mm x 15mm

Rozmiar 10 - 13mm x 15mm

Rozmiar 14 - 13mm x 15mm

Odp. NIE

Pakiet 6, poz. 28-29,34

Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała,rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?

Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku

Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w.

Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.

Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię,stopa,łokieć – 25-45 mm j.w.

Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.

Rozmiar 8 – udo,głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.

Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.

Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w.

Odp. TAK

Pakiet 6, poz. 30-32

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 2 szt. w blisterze x 25 szt. blisterów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odp. TAK

Pakiet 6, poz.33

Czy zamawiający oczekuje 200 opakowań po 100 szt?

Odp. TAK

Pakiet 6, poz. 1-16,28-34

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1-16,28-34 z pakietu 6. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

Odp. NIE

Pakiet 7, poz.16

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 50 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odp. TAK

Pakiet 7, poz.16

Czy zamawiający wydzieli poz.16 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odp. NIE

Pakiet 8, poz. 11

Czy zamawiający dopuści cewnik o długości 200 cm?

Odp. TAK

Pakiet 8, poz. 2-4,11

Czy zamawiający wydzieli poz.2-4,11 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odp. NIE

Pakiet 9, poz. 2

Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L i XL?

Odp. TAK

Pakiet 9, poz. 2

Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym o wymiarach 112 cm x 140 cm?

Odp. TAK

Pakiet 9, poz. 2

Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym o wymiarach 120 cm x 145 cm?

Odp. TAK

Pakiet 9, poz. 2

Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, z rozcięciem w tylnej części, poły do zakładania z tyłu na plecach, wiązany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 g/m2, długi rękaw, zakończony mankietem z bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu w talii, niesterylny?

Odp. TAK

Pakiet 9, poz. 2

Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z bawełnianym ściągaczem?

Odp. TAK

Pakiet 9, poz. 5

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 100 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odp. TAK

Pakiet 9, poz. 7

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 50 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odp. TAK

Pakiet 9, poz. 6

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 10 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odp. TAK

Pakiet 9, poz. 6

Czy zamawiający dopuści serwetę niejałową o gramaturze 25 g/m² (+/- 5)?

Odp. NIE

Pakiet 12, poz. 1

Czy zamawiający wymaga rolek wykonanych ze 100 % czystej celulozy, co jest gwarancją miękkości i lepszej wchłaniałości?

Odp. TAK

Pakiet 12, poz. 1

Czy wymaga się aby podkłady medyczne były higienicznie zapakowane, każda rolka w oddzielnej folię?

Odp. TAK

Pakiet 12, poz. 1

Czy wymaga się dokumentów poświadczających, iż produkt był badany dermatologicznie i uzyskał pozytywną opinię?

Odp. NIE

Pakiet 12, poz. 1

Czy wymaga się aby produkt był wykonany w 100% z czystej celulozy?

Odp. TAK

Pakiet 12, poz. 1

Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał gramaturę nie mniejszą niż 17 gr/m²?

Odp. Wymagamy gramaturę nie mniejszą niż 35 gr/m²

Pakiet 12, poz. 1

Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał perforację - minimum 135 odcinków w podkładzie o szerokości 50 cm i 210 odcinków w podkładzie o szerokości 60 cm.?

Odp. Zgodnie z siwz

Pakiet 12, poz. 1

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 80 m, perforacja co 38 cm?

Odp. Zgodnie z siwz

Pakiet 12, poz. 1

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65 m, perforacja co 38 cm?

Odp. Zgodnie z siwz

Pakiet 12, poz. 1

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 50 m, perforacja co 34 cm?

Odp. Zgodnie z siwz

Pakiet 12, poz. 2

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 80 m, perforacja co 38 cm?

Odp. Zgodnie z siwz

Pakiet 12, poz. 2

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65 m, perforacja co 38 cm?

Odp. Zgodnie z siwz

Pakiet 12, poz. 2

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 50 m, perforacja co 34 cm?

Odp. Zgodnie z siwz

Pakiet 13, poz. 7-9

Czy zamawiający wydzieli poz.7-9 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odp. Zgodnie z siwz

Pakiet 13, poz. 7-9

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Zgodnie z siwz

Pakiet 14, poz. 1

Czy zamawiający dopuści pojemnik 0,5-0,8 litra?

Odp. TAK

Pakiet 14, poz. 1-3

Czy zamawiający wydzieli poz.1-3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odp. NIE

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku
Znak sprawy: 20/19

ZAPYTANIA I WNIOSKI DO SIWZ

Dotyczy pakietu 15 poz 1

Prosimy Zamawiającego o podanie pojemności wkładów jednorazowych np. 1L, 2L lub 3L

Odp. pojemności wkładów jednorazowych np. 1L

Dotyczy pakietu 15 poz 1

Prosimy Zamawiającego o podanie minimalnej średnicy portu do wsypywania proszku żelującego np. 25mm

Odp. minimalnej średnicy portu do wsypywania proszku żelującego 20 mm

Dotyczy pakietu 15 poz 3

Prosimy Zamawiającego o podanie modelu pistoletu z jakim mają być kompatybilne igły

Odp. AUTOMATYCZNY PISTOLET DO BIOPSJI MEDGUN producent Beryl Med Limited

Dotyczy Pakietu 15 poz 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł od 12G do 20G (40 sztuk) dzięki temu użytkownik uzyska większą ilość rozmiarów

Odp. TAK

Dotyczy pakietu 15 poz 4

Prosimy o wydzielenie ww poz do oddzielnego pakietu. Wydzielenie to zwiększy liczbę składanych ofert konkurencyjnych.

Odp. NIE

Dotyczy pakietu 15 poz 6

Prosimy o dopuszczenie proszku żelującego w saszetkach 25 gram

Odp. TAK

Dotyczy zapisów SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy,

Odp. TAK

Dotyczy Formularza Oferty

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za wystarczające załączenie w formularzu ofertowym i cenowym tylko tych pakietów na które Wykonawca składa ofertę?

Pozytywna odpowiedź ułatwi sporządzenie oferty oraz znacznie ograniczy jej objętość.

W związku z pojawieniem się wątpliwości dotyczących zakresu pełnomocnictwa w ww postępowaniu, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że wystarczające dla Zamawiającego będzie złożenie pełnomocnictwa w oryginale, podpisanego przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli -potwierdzone stosownym dokumentem, w którym wskazana osoba umocowana jest do przygotowania, podpisania oferty przetargowej, wnoszenia odwołań, a także przyłączania się do postępowań wszczętych na skutek wykorzystania środków ochrony prawnej przez innych wykonawców oraz podpisywania dokumentów za zgodność z oryginałem. Naturalnie umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy

Odp. TAK

Dotyczy projektu umowy § 6 ust. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu do 72 godzin.

Należy nadmienić, iż wskazany w w/w postanowieniu umownym termin 24 godzin jest z obiektywnych przyczyn terminem zbyt krótkim, co w praktyce może prowadzić do niemożliwości wywiązania się przez Wykonawcę z nałożonego obowiązku.

Dotyczy projektu umowy § 8 ust. 1

Naszym zdaniem, kary umowne za opóźnienia winny być naliczane w kwocie 0,5% od wartości netto niezrealizowanej dostawy, a nie od wartości niezrealizowanej części umowy brutto.

Podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wystawionych faktur w miesiącu. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne.

Prosimy zatem aby kary naliczane były tylko od wartości netto nie wykonanego w terminie świadczenia (czyli dostawy).

Dotyczy projektu umowy § 8 ust. 1

Naszym zdaniem, kary umowne winny być naliczane **od wartości netto niezrealizowanej części umowy (według stanu na dzień odstąpienia), a nie od wartości umowy brutto.**

Podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wystawionych faktur w miesiącu. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne.

Prosimy zatem aby kary naliczane były tylko od wartości netto nie wykonanego świadczenia.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków umowy.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku. Numer postępowania 20/19

jako uczestnik postępowania przetargowego zwraca się z następującymi zapytaniami:

Pakiet nr 1, pozycje 9 - 12- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawkę ze skalą rozszerzoną ponad pojemność nominalną?

Odp. TAK

Pakiet nr 1, pozycja 12- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawkę pakowanych a'70 szt. z przeliczeniem ilości na 229 opakowań?

Odp. TAK

Pakiet nr 2, pozycje 1 - 4- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp. NIE

Pakiet nr 4a - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów wykonanych z polidiodksanonu o podtrzymywaniu tkankowym ok. 70% po 28dniach, ok. 50% po 42 dniach?

Odp. NIE

Pakiet nr 4a – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o czasie wchłaniania 60-90 dni?

Odp. NIE

Pakiet nr 4a, pozycja 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o długości 26mm?

Odp. NIE

Pakiet nr 4b - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów wykonanych z polidiodksanonu o podtrzymywaniu tkankowym ok. 70% po 28dniach, ok. 50% po 42 dniach?

Odp. NIE

Pakiet nr 4b, pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 26mm?

Odp. NIE

Pakiet 4a i 4b - Czy Zamawiający w związku z postanowieniem zawartym w art. 14 ustęp 2 Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., które brzmi następująco: „Dopuszcza się, aby wyroby przeznaczone do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostarczane profesjonalnym użytkownikom miały oznakowania lub instrukcje używania w języku angielskim, z wyjątkiem informacji przeznaczonych dla pacjenta, które podaje się w języku polskim lub wyraża za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów” odstąpi od wymogu, aby opakowania zaopatrzone były w etykietę handlową sporządzoną w języku polskim? Jednocześnie gwarantujemy, że instrukcje użytkowania znajdujące się w opakowaniach zbiorczych będą w języku polskim?

Odp. NIE

Pakiet nr 6, pozycja 2-3- Czy Zamawiający dopuści gazę w opakowaniu folia-papier?

Odp. TAK

Pakiet nr 6, pozycja 4-6- Czy Zamawiający kompresy w opakowaniu papierowym?

Odp. TAK

Pakiet nr 6, pozycja 7-9- Czy Zamawiający kompresy w opakowaniu folia-papier?

Odp. TAK

Pakiet nr 6, pozycja 7-9- Czy Zamawiający kompresy pakowane 50 x 2 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. TAK

Pakiet nr 6, pozycja 17-19- Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6minut, lub do 3 minut?

Odp. TAK

Pakiet nr 6, pozycja 17-19- Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o długości 3m?

Odp. TAK

Pakiet nr 6, pozycja 18- Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o szerokości 12cm?

Odp. TAK

Pakiet nr 6, pozycja 20- Czy Zamawiający dopuści opaski podgipsowe o szerokości 6cm?

Odp. TAK

Pakiet nr 6, pozycja 25, 26- Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'25szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. TAK

Pakiet nr 6, pozycja 26- Czy Zamawiający dopuści kompresy w rozmiarze 10x10cm?

Odp. TAK

Pakiet nr 6, pozycja 30-32- Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=5szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. TAK

Pakiet nr 6, pozycja 35-37- Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odp. NIE

Pakiet nr 6, pozycja 35- Czy Zamawiający dopuści gąbkę pakowana a'10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. TAK

Pakiet nr 7, pozycja 15- Czy Zamawiający dopuści paski do łączenia brzegów ran w rozmiarze 13x100mm?

Odp. NIE

Pakiet nr 9, pozycja 2- Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawem o prostym standardowym kroju?

Odp. NIE

Pakiet nr 9, pozycja 2- Czy Zamawiający dopuści fartuch sterylny?

Odp. NIE

Pakiet nr 9, pozycja 2- Czy Zamawiający dopuści fartuch dostępny tylko w rozmiarze L, XL i XXL?

Odp. NIE

Pakiet nr 9, pozycja 4- Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x50cm lub 45x45cm?

Odp. NIE

Pakiet nr 13, pozycja 3- Czy Zamawiający oczekuje papieru z nadrukiem, czy bez nadruku?

Odp. bez nadruku

Pakiet nr 13, pozycja 3- Czy Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego (Mitsubishi, Japonia), gwarantującego jakość i trwałość wydruku, czy dopuszcza zamiennik o gorszych parametrach?

Odp. PAPIER KOMPATYBILNY

Pakiet nr 13, pozycja 6- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru w bloku 160-kartkowym?

Odp. NIE

Pakiet nr 13, pozycja 7- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrody uniwersalnej w rozmiarze 45 x 43mm?

Odp. TAK

Pytanie 1

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 6 poz. 33 i dopuści: Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku, wyrób medyczny klasy I?

Lub

Odp. NIE

Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku, wyrób medyczny klasy I?

Odp. NIE

dotyczy: Przetargu nieograniczonego na:

**Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku
Znak sprawy WSPL Zam. Publ. Nr 20/19**

Działając w oparciu o przepis art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych wnosimy o wyjaśnienie treści SIWZ

Pytanie

Pakiet 5, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawicy nitrylowej, bezpudrowej, o niższym lepszym poziomie AQL = 1.0, oznakowanej jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kat. III na opakowaniu, powierzchnia zewnętrzna biszkoptowa z dodatkową widoczną teksturą na końcach palców, grubość na palcu 0,11mm, zapewniająca wysokie bezpieczeństwo użytkownika, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, polimeryzowana oraz pokryta warstwą kolagenu i allantoiny, co zapewnia utrzymanie właściwego nawilżenia skóry oraz natychmiastową regenerację, łagodząc podrażnienia wynikające z pracy w szczególnie niesprzyjających warunkach, zgodność z normą EN 455 potwierdzona raportem z badania, przebadane na przenikalność co najmniej 4 różnych substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, przebadane na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, dopuszczone do kontaktu z żywnością potwierdzone deklaracją wytwórcy oraz oznakowaniem na opakowaniu, zgodne z normą EN 420, informacje fabrycznie umieszczone na opakowaniu, opakowanie rękawic a'100 sztuk – z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości w formularzu cenowym.

Odp. Zgodnie z siwz

Pytanie

Pakiet 5, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania wysokiej jakości rękawic chirurgicznych renomowanej firmy, lateksowych, bez pudrowych, z wewnętrzną warstwą pokrytą poliuretanem oraz silikonowaną, grubość na palcu max. 0,27 mm, $AQL \leq 1,0$, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, zgodny z normą niski poziom protein w badaniach niezależnych $< 30 \text{ ug/g}$, mankiet rolowany z opaską samoprzylepną zapewniającą doskonale przyleganie rękawicy do mankieta fartucha, opakowanie foliowe, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3, siła zrywania przed starzeniem 19N, po starzeniu 18N, badania na przenikalność cytostatyków.

Odp. Zgodnie z siwz

Pytanie

Pakiet 5, poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania wysokiej jakości rękawic chirurgicznych renomowanej firmy, lateksowych, bez pudrowych, środkowa warstwa pokryta poliuretanem i silikonowana, kolor brązowy, grubość na palcu 0,180mm, $AQL \leq 1,0$, sterylizowane promieniami gamma, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, siła zrywania przed starzeniem i po starzeniu min. 13 N.

Odp. Zgodnie z siwz

Dotyczy postępowania: Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku – znak sprawy WSPL Zam. Publ. Nr 20/19.

jako uczestnik postępowania przetargowego zwraca się z następującymi pytaniami:

1/ Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 2-5 dopuści wycenę kaniul z filtrem hydrofobowym, pełniącym funkcję zastawki, w rozmiarach odpowiednio: 0,9x25mm; 1,1x32mm; 1,3x45mm; 1,3x45mm; 1,5x45mm?

Odp. NIE

2/ Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 8 dopuści wycenę strzykawki z nazwą handlową na strzykawce, gwarantującą pełną identyfikację producenta?

Odp. TAK

3/ Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 7 dopuści wycenę op. x 100szt z przeliczeniem ilości?

Odp. TAK

4/ Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 9-12 dopuści wycenę strzykawek skalowanych odpowiednio: 2ml do 2,5ml; 5ml do 6ml; 10ml do 12ml; 20ml do 24ml?

Odp. TAK

5/ Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 12 dopuści wycenę op. x 100szt z przeliczeniem ilości?

Odp. TAK

prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w oparciu o następujące pytania:

Pytanie nr 1, Pakiet nr 8, pozycja 10

Czy zamawiający dopuści produkt równoważny do produktu w pozycji 10?

Odp. Zgodnie z siwz

Pytanie nr 2, Pakiet nr 8, pozycja 11

Czy zamawiający dopuści dren o długości 200 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. TAK

Pytanie nr 3, Pakiet nr 8, pozycja 12

Czy zamawiający dopuści wagę 25 g? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zgodnie z siwz

Pytanie nr 4, Pakiet nr 8, pozycja 12

Czy zamawiający dopuści przestrzeń martwa 38 ml? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zgodnie z siwz