

Wyjaśnienia treści siwz:

Dotyczy: przetargu nieograniczonego **na dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku.**

**Nr sprawy: 20/19**

**Pakiet nr 1 poz. 13-18**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie opisu, czy ma na myśli igłę j.u. bezpieczną, czy chodzi o osłonkę ochronną?

**Odp. Chodzi o osłonkę ochronną.**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego **na dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku.**

**Nr sprawy: 20/19**

**Pakiet nr 1 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych w opakowaniu typu folia?

**Odp. TAK**

**Pakiet nr 1 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych zawierający ftalany? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odp. NIE**

**Pakiet nr 1 poz. 2-6**

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z FEP, w rozmiarach:

- 0,8 x 25mm
- 1,0 x 32mm
- 1,2 x 38mm
- 1,5 x 45mm
- 1,7 x 45mm?

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odp. NIE**

**Pakiet nr 1 poz. 2-6**

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z PTFE, widoczna w USG, z filtrem hydrofobowym pełniącym funkcję zastawki antyzwrotnej, z koreczkiem Luer Lock, którego trzpień zamyka światło kaniuli poniżej krawędzi korka, opakowanie typu tyvec?

**Odp. TAK**

**Pakiet nr 1 poz. 9-12**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 2-częściowe z rozszerzoną skalą: 2-3ml, 5-6ml, 10-12ml, 20-24ml? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odp. TAK**

**Pakiet nr 1 poz. 13-18**

Czy Zamawiający dopuści igły iniekcyjne z barwnym oznaczeniem rozmiaru nasadek i opakowania zbiorczego? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

## **Odp. TAK**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku”; numer sprawy: 20/2019.**

jako uczestnik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwraca się w trybie art. 38 ust. 1 Ustawy Pzp o udzielenie przez Zamawiającego następujących wyjaśnień:

### **PYTANIE 1 – pakiet 14, pozycje 4 i 5:**

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie 14 w pozycjach 4 oraz 5.

Czy mają to być pojemniki, o których mowa w par. 5 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia w sprawie szczegółowego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5.10.2017 r. w sprawie *szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi* (Dz.U. z 2017 r. poz. 1975), czyli zewnętrzne pojemniki, do których wkłada się odpady z biologicznymi czynnikami chorobotwórczymi zgromadzone uprzednio w stosownym worku lub pojemniku? Prosimy o podanie materiału z jakiego pojemniki mają być wykonane oraz ich przeznaczenia.

**Odp. TAK** mają to być pojemniki, o których mowa w par. 5 ust. 1 pkt 1 b) rozporządzenia w sprawie szczegółowego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5.10.2017 r. w sprawie *szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi* (Dz.U. z 2017 r. poz. 1975), Na zdjęciu zamieszczono przykładowy rodzaj i typ pojemnika o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia



### **PYTANIE 2 – pakiet 14, pozycje 1, 2, 3:**

Czy Zamawiając wydzieli z pakietu 14 pozycje nr: 1, 2, 3 tworząc pakiet np. 14a z pojemnikami na zużyte igły oraz inne ostre odpady medyczne. Pozwoli to na złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert, co pozwoli Zamawiającemu przy wyborze najkorzystniejszej oferty, osiągnięcie niższych cen i W razie braku zgody prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie i prawnie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

**Odp. NIE**

<https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/przygotowanie,-wszczecie-i-przebieg-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego/opinia-dotyczaca-opisu-przedmiotu-zamowienia>

**PYTANIE 3:**

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

**Odp. TAK**

dotyczy: „ Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku dla potrzeb Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poznaniu

Znak sprawy: WSPL Zam. Publ. Nr 20/19

## Z A P Y T A N I A

W związku z ogłoszeniem postępowania przetargowego zwracamy się do Państwa z następującymi zapytaniami:

### **Pakiet nr.8**

1. Pozycja nr 12- Czy Zamawiający dopuści filtr antybakteryjny i antywirusowy, elektrostatyczny z hydrofobowym filtrem wykonanym z włókien polipropylenowych, sterylny o wadze 29 g, przestrzeń martwa 45 ml ?

**Odp. NIE**

### **Postępowanie**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku, oznaczenie sprawy: 20/19.

### **Pakiet nr 13 poz. 1**

Prosimy o wskazanie rozmiaru wymaganego papieru oraz o poddanie czy ma być z nadrukiem czy bez ?

**Odp. Bez nadruku rozmiar 112x25**

**Pakiet nr 13 poz. 3**

Czy w powyższej pozycji Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego producenta Mitsubishi czy też dopuszcza zaoferowanie papieru kompatybilnego?

**Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie papieru kompatybilnego.**

**Pakiet nr 13 poz. 5**

Prosimy o wskazanie czy powyższy papier ma być z nadrukiem czy bez ?

**Odp. Bez nadruku**

**Pakiet nr 13 poz. 9**

Prosimy o doprecyzowanie wymaganych ilości. Elektrody do defibrylacji są pakowane parami- zatem czy Zamawiający oczekuje 8 par elektrod czy też 8 sztuk ( co daje 4pary) elektrod?

**Odp. 8 sztuk (co daje 4pary) elektrod**

Działając na podstawie art.38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.) zwracamy się o odpowiedź na poniżej postawione pytania.

Pakiet 13 poz. 1: Prosimy o podanie przez Zamawiającego rozmiaru papieru oraz informacji czy ma on być z nadrukiem czy bez?

**Odp. Bez nadruku rozmiar 112x25**

Pakiet 13 poz. 7: Czy Zamawiający dopuści elektrodę w rozmiarze 32 x 41mm?

**Odp. NIE**

Pakiet 13 poz. 7: Czy Zamawiający dopuści elektrodę okrągłą o średnicy 40mm?

**Odp. NIE**

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie dotyczące treści SIWZ :

## **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**Pakiet nr 6**

**Pozycja 2-3** - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania gazy jałowej 17 nitkowej w opakowaniu typu blister – papier-folia?

**Odp. TAK**

**Pozycje 7-9** - czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania kompresów w opakowaniu typu blister – papier-folia – pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

**Odp. TAK**

**Pozycje 10-12** - czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania opaskę dzianą w opakowaniu foliowym?

**Odp. TAK**

**Pozycje 13-16** - czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania opaski elastycznej 5 metrowej, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, do pełnych opakowań w górę?

**Odp. TAK**

**Pozycja 16** - czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania opaski elastycznej z dwoma zapinkami?

**Odp. TAK**

**Pozycje 17-19** - czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania opaski gipsowej szybkowiązającej, o czasie wiązania 5-6 minut?

**Odp. TAK**

**Pozycja 18** - czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania opaski gipsowej w rozmiarze 12 cm x 2,7 m?

**Odp. TAK**

**Pozycja 20** - czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania syntetycznej wyściółki pod gips rozmiar 6cm x 3m?

**Odp. TAK**

**Pozycja 25** - czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania kompresów chłonnych zbudowanych z 4 warstw materiałów chłonnych o różnych właściwościach, jałowych, w rozmiarze 10x20cm w op. a' 25szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odp. TAK**

**Pozycja 25** - czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania kompresów chłonnych zbudowanych z 4 warstw materiałów chłonnych o różnych właściwościach, jałowych, w rozmiarze 10x10cm w op. a' 25szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odp. TAK**

**Pozycja 33** - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania niejałowego gazika – pozostałe parametry zgodne z opisem siwz?

**Odp. NIE**

**Pozycja 35-37** - czy Zamawiający dopuści możliwość wyłączenia wymienionych pozycji z całości zadania i utworzenia z nich odrębnego przedmiotu zamówienia, pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie Wykonawców.

**Odp. NIE**

**Dotyczy:** Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku  
**nr sprawy** – WSPL Zam. Publ. Nr 20/19

**Pakiet nr 6 poz. 35-37**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie ww. produktów do osobnego pakietu. Wydzielenie ww. pozycji spowoduje dopuszczenie innych firm do udziału oraz zaproponowanie konkurencyjnych cen przy jakości wymaganej przez Zamawiającego.

**Odp. NIE**

**Pakiet nr 6 poz. 36**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rozmiaru gąbki w kształcie walca o rozmiarze 8 x ø 3cm.

**Odp. TAK**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie opakowania handlowego 6sztu z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

**Odp. TAK**

zwracam się z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej „SIWZ”) w poniższym zakresie:

Pakiet 1, poz. 1,7,20

Czy zamawiający wydzieli poz.1, 7,20 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Odp. NIE**

Pakiet 1, poz.7

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odp. TAK**

Pakiet 2, poz. 1-4

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odp. TAK**

Pakiet 2, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści sterylne ostrza chirurgiczne ze stali węglowej jednorazowego użytku z wygrawerowanym rozmiarem bezpośrednio na ostrzu, pakowane pojedynczo w folię aluminiową z identyfikacją rozmiarową oraz numerem LOT, datą ważności i produkcji oraz metodą sterylizacji, blister aluminiowy posiada kołnierz ułatwiający otwarcie, na opakowaniu zbiorczym nazwa producenta oraz importera a także pozostałe dane o rozmiarze ostrza, jego kształcie i ponownie nr LOT z datą produkcji i ważności i metodą sterylizacji, pakowane po 100 szt.?

**Odp. TAK**

Pakiet 2, poz. 8

Czy zamawiający dopuści aby rozmiar oraz kształt ostrza widoczny był na opakowaniu zbiorczym (100 szt) – opakowanie zbiorcze : kartonik z dyspenserem – kształt ostrza na opak. zbiorczym przedstawiony w formie piktogramu, jednocześnie rozmiar podany na opakowaniu jednostkowym w formie aluminiowego blistra i dodatkowo wygrawerowany na ostrzu, aluminiowe opakowanie jednostkowe umożliwi również szybką i łatwą identyfikację kształtu ostrza- widoczny odcisk kształtu (kształt ostrza jest ściśle powiązany z rozmiarem)?

**Odp. TAK**

Pakiet 2, poz. 9

Czy zamawiający oczekuje 80 opakowań po 100 sztuk?

**Odp. TAK**

Pakiet 2, poz. 15

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odp. TAK**

Pakiet 2, poz. 1-4,8-9,10-20,26-28

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1-4,8-9,10-20,26-28 z pakietu 2. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu

pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

**Odp. NIE**

Pakiet 6, poz. 2-3

Czy zamawiający dopuści gazę pakowaną w opak. Folia-folia?

**Odp. TAK**

Pakiet 6, poz. 4-6

Czy zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze papierowe?

**Odp. TAK**

Pakiet 6, poz. 4-6

Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ? Wyroby, które są przedmiotem oferty są produktami niesterylnymi, w związku z tym nie używa się ich w zabiegach medycznych wysokiego ryzyka i nie zachodzi potrzeba, aby były sklasyfikowane w klasie II a reg.7.

**Odp. TAK**

Pakiet 6, poz. 10-12

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy poliestrowej 100%, gdyż włókna wiskozowe stosowane jako zamiennik poliestru są niezbyt wytrzymałe, gniotą się oraz elektryzują, co wpływa niekorzystnie na komfort pacjenta?

**Odp. TAK**

Pakiet 6, poz. 10-12

Czy zamawiający dopuści opakowanie foliowe?

**Odp. TAK**

Pakiet 6, poz. 28-29,34

Czy w związku z komfortem użytkowania siatek oraz wysoką przepuszczalnością zamawiający wymaga poniższej wielkości oczek?

Rozmiar 1 - 9mm x 10mm

Rozmiar 2 – 13mm x 15mm

Rozmiar 3 - 13mm x 15mm

Rozmiar 4 - 13mm x 15mm



Rozmiar 6 - 13mm x 15mm

Rozmiar 8 - 13mm x 15mm

Rozmiar 10 - 13mm x 15mm

Rozmiar 14 - 13mm x 15mm

**Odp. NIE**

Pakiet 6, poz. 28-29,34

Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała,rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?

Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku

Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w.

Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.

Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię,stopa,łokieć – 25-45 mm j.w.

Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.

Rozmiar 8 – udo,głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.

Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.

Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w.

**Odp. TAK**

Pakiet 6, poz. 30-32

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 2 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Odp. TAK**

Pakiet 6, poz.33

Czy zamawiający oczekuje 200 opakowań po 100 szt?

**Odp. TAK**

Pakiet 6, poz. 1-16,28-34

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1-16,28-34 z pakietu 6. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

**Odp. NIE**

Pakiet 7, poz.16

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 50 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Odp. TAK**

Pakiet 7, poz.16

Czy zamawiający wydzieli poz.16 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Odp. NIE**

Pakiet 8, poz. 11

Czy zamawiający dopuści cewnik o długości 200 cm?

**Odp. TAK**

Pakiet 8, poz. 2-4,11

Czy zamawiający wydzieli poz.2-4,11 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Odp. NIE**

Pakiet 9, poz. 2

Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L i XL?

**Odp. TAK**

Pakiet 9, poz. 2

Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym o wymiarach 112 cm x 140 cm?

**Odp. TAK**

Pakiet 9, poz. 2

Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym o wymiarach 120 cm x 145 cm?

**Odp. TAK**

Pakiet 9, poz. 2

Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, z rozcięciem w tylnej części, poły do zakładania z tyłu na plecach, wiązany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 g/m2, długi rękaw, zakończony mankietem z bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu w talii, niesterylny?

**Odp. TAK**

Pakiet 9, poz. 2

Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z bawełnianym ściągaczem?

**Odp. TAK**

Pakiet 9, poz. 5

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 100 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Odp. TAK**

Pakiet 9, poz. 7

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 50 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Odp. TAK**

Pakiet 9, poz. 6

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 10 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Odp. TAK**

Pakiet 9, poz. 6

Czy zamawiający dopuści serwetę niejałową o gramaturze 25 g/m<sup>2</sup> (+/- 5)?

**Odp. NIE**

Pakiet 12, poz. 1

Czy zamawiający wymaga rolek wykonanych ze 100 % czystej celulozy, co jest gwarancją miękkości i lepszej wchłaniałości?

**Odp. TAK**

Pakiet 12, poz. 1

Czy wymaga się aby podkłady medyczne były higienicznie zapakowane, każda rolka w oddzielnej folię?

**Odp. TAK**

Pakiet 12, poz. 1

Czy wymaga się dokumentów poświadczających, iż produkt był badany dermatologicznie i uzyskał pozytywną opinię?

**Odp. NIE**

Pakiet 12, poz. 1

Czy wymaga się aby produkt był wykonany w 100% z czystej celulozy?

**Odp. TAK**

Pakiet 12, poz. 1

Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał gramaturę nie mniejszą niż 17 gr/m<sup>2</sup>?

**Odp. Wymagamy gramaturę nie mniejszą niż 35 gr/m<sup>2</sup>**

Pakiet 12, poz. 1

Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał perforację - minimum 135 odcinków w podkładzie o szerokości 50 cm i 210 odcinków w podkładzie o szerokości 60 cm.?

**Odp. Zgodnie z siwz**

Pakiet 12, poz. 1

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 80 m, perforacja co 38 cm?

**Odp. Zgodnie z siwz**

Pakiet 12, poz. 1

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65 m, perforacja co 38 cm?

**Odp. Zgodnie z siwz**

Pakiet 12, poz. 1

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 50 m, perforacja co 34 cm?

**Odp. Zgodnie z siwz**

Pakiet 12, poz. 2

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 80 m, perforacja co 38 cm?

**Odp. Zgodnie z siwz**

Pakiet 12, poz. 2

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65 m, perforacja co 38 cm?

**Odp. Zgodnie z siwz**

Pakiet 12, poz. 2

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 50 m, perforacja co 34 cm?

**Odp. Zgodnie z siwz**

Pakiet 13, poz. 7-9

Czy zamawiający wydzieli poz.7-9 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Odp. Zgodnie z siwz**

Pakiet 13, poz. 7-9

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odp. Zgodnie z siwz**

Pakiet 14, poz. 1

Czy zamawiający dopuści pojemnik 0,5-0,8 litra?

**Odp. TAK**

Pakiet 14, poz. 1-3

Czy zamawiający wydzieli poz.1-3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Odp. NIE**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku**  
**Znak sprawy: 20/19**

#### **ZAPYTANIA I WNIOSKI DO SIWZ**

**Dotyczy pakietu 15 poz 1**

Prosimy Zamawiającego o podanie pojemności wkładów jednorazowych np. 1L, 2L lub 3L

**Odp. pojemności wkładów jednorazowych np. 1L**

**Dotyczy pakietu 15 poz 1**

Prosimy Zamawiającego o podanie minimalnej średnicy portu do wsypywania proszku żelującego np. 25mm

**Odp. minimalnej średnicy portu do wsypywania proszku żelującego 20 mm**

**Dotyczy pakietu 15 poz 3**

Prosimy Zamawiającego o podanie modelu pistoletu z jakim mają być kompatybilne igły

**Odp. AUTOMATYCZNY PISTOLET DO BIOPSJI MEDGUN producent Beryl Med Limited**

**Dotyczy Pakietu 15 poz 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł od 12G do 20G (40 sztuk) dzięki temu użytkownik uzyska większą ilość rozmiarów

**Odp. TAK**

**Dotyczy pakietu 15 poz 4**

Prosimy o wydzielenie ww poz do oddzielnego pakietu. Wydzielenie to zwiększy liczbę składanych ofert konkurencyjnych.

**Odp. NIE**

**Dotyczy pakietu 15 poz 6**

Prosimy o dopuszczenie proszku żelującego w saszetkach 25 gram

**Odp. TAK**

**Dotyczy zapisów SIWZ**

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy,

**Odp. TAK**

**Dotyczy Formularza Oferty**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za wystarczające załączenie w formularzu ofertowym i cenowym tylko tych pakietów na które Wykonawca składa ofertę?

Pozytywna odpowiedź ułatwi sporządzenie oferty oraz znacznie ograniczy jej objętość.

W związku z pojawieniem się wątpliwości dotyczących zakresu pełnomocnictwa w ww postępowaniu, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że wystarczające dla Zamawiającego będzie złożenie pełnomocnictwa w oryginale, podpisanego przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli -potwierdzone stosownym dokumentem, w którym wskazana osoba umocowana jest do przygotowania, podpisania oferty przetargowej, wnoszenia odwołań, a także przyłączania się do postępowań wszczętych na skutek wykorzystania środków ochrony prawnej przez innych wykonawców oraz podpisywania dokumentów za zgodność z oryginałem. Naturalnie umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy

**Odp. TAK**

**Dotyczy projektu umowy § 6 ust. 1**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu do 72 godzin.

Należy nadmienić, iż wskazany w w/w postanowieniu umownym termin 24 godzin jest z obiektywnych przyczyn terminem zbyt krótkim, co w praktyce może prowadzić do niemożliwości wywiązania się przez Wykonawcę z nałożonego obowiązku.

**Dotyczy projektu umowy § 8 ust. 1**

Naszym zdaniem, kary umowne za opóźnienia winny być naliczane w kwocie 0,5% od wartości netto niezrealizowanej dostawy, a nie od wartości niezrealizowanej części umowy brutto.

Podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wystawionych faktur w miesiącu. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne.

Prosimy zatem aby kary naliczane były tylko od wartości netto nie wykonanego w terminie świadczenia (czyli dostawy).

**Dotyczy projektu umowy § 8 ust. 1**

Naszym zdaniem, kary umowne winny być naliczane **od wartości netto niezrealizowanej części umowy (według stanu na dzień odstąpienia), a nie od wartości umowy brutto.**

Podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wystawionych faktur w miesiącu. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne.

Prosimy zatem aby kary naliczane były tylko od wartości netto nie wykonanego świadczenia.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków umowy.**

**Dotyczy:** przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku. Numer postępowania 20/19

jako uczestnik postępowania przetargowego zwraca się z następującymi zapytaniami:

**Pakiet nr 1, pozycje 9 - 12-** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawkę ze skalą rozszerzoną ponad pojemność nominalną?

**Odp. TAK**

**Pakiet nr 1, pozycja 12-** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawkę pakowanych a'70 szt. z przeliczeniem ilości na 229 opakowań?

**Odp. TAK**

**Pakiet nr 2, pozycje 1 - 4-** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

**Odp. NIE**

**Pakiet nr 4a** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów wykonanych z polidiodksanonu o podtrzymywaniu tkankowym ok. 70% po 28dniach, ok. 50% po 42 dniach?

**Odp. NIE**

**Pakiet nr 4a** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o czasie wchłaniania 60-90 dni?

**Odp. NIE**

**Pakiet nr 4a, pozycja 5** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o długości 26mm?

**Odp. NIE**

**Pakiet nr 4b** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów wykonanych z polidiodksanonu o podtrzymywaniu tkankowym ok. 70% po 28dniach, ok. 50% po 42 dniach?

**Odp. NIE**

**Pakiet nr 4b, pozycja 5** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 26mm?

**Odp. NIE**

**Pakiet 4a i 4b** - Czy Zamawiający w związku z postanowieniem zawartym w art. 14 ustęp 2 Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., które brzmi następująco: „Dopuszcza się, aby wyroby przeznaczone do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostarczane profesjonalnym użytkownikom miały oznakowania lub instrukcje używania w języku angielskim, z wyjątkiem informacji przeznaczonych dla pacjenta, które podaje się w języku polskim lub wyraża za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów” odstąpi od wymogu, aby opakowania zaopatrzone były w etykietę handlową sporządzoną w języku polskim? Jednocześnie gwarantujemy, że instrukcje użytkowania znajdujące się w opakowaniach zbiorczych będą w języku polskim?

**Odp. NIE**

**Pakiet nr 6, pozycja 2-3**- Czy Zamawiający dopuści gazę w opakowaniu folia-papier?

**Odp. TAK**

**Pakiet nr 6, pozycja 4-6**- Czy Zamawiający kompresy w opakowaniu papierowym?

**Odp. TAK**

**Pakiet nr 6, pozycja 7-9**- Czy Zamawiający kompresy w opakowaniu folia-papier?

**Odp. TAK**

**Pakiet nr 6, pozycja 7-9**- Czy Zamawiający kompresy pakowane 50 x 2 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp. TAK**

**Pakiet nr 6, pozycja 17-19**- Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6minut, lub do 3 minut?

**Odp. TAK**



**Pakiet nr 6, pozycja 17-19-** Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o długości 3m?

**Odp. TAK**

**Pakiet nr 6, pozycja 18-** Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o szerokości 12cm?

**Odp. TAK**

**Pakiet nr 6, pozycja 20-** Czy Zamawiający dopuści opaski podgipsowe o szerokości 6cm?

**Odp. TAK**

**Pakiet nr 6, pozycja 25, 26-** Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'25szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp. TAK**

**Pakiet nr 6, pozycja 26-** Czy Zamawiający dopuści kompresy w rozmiarze 10x10cm?

**Odp. TAK**

**Pakiet nr 6, pozycja 30-32-** Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=5szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp. TAK**

**Pakiet nr 6, pozycja 35-37-** Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

**Odp. NIE**

**Pakiet nr 6, pozycja 35-** Czy Zamawiający dopuści gąbkę pakowana a'10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp. TAK**

**Pakiet nr 7, pozycja 15-** Czy Zamawiający dopuści paski do łączenia brzegów ran w rozmiarze 13x100mm?

**Odp. NIE**

**Pakiet nr 9, pozycja 2-** Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawem o prostym standardowym kroju?

**Odp. NIE**

**Pakiet nr 9, pozycja 2-** Czy Zamawiający dopuści fartuch sterylny?

**Odp. NIE**

**Pakiet nr 9, pozycja 2-** Czy Zamawiający dopuści fartuch dostępny tylko w rozmiarze L, XL i XXL?

**Odp. NIE**

**Pakiet nr 9, pozycja 4-** Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x50cm lub 45x45cm?

**Odp. NIE**

**Pakiet nr 13, pozycja 3-** Czy Zamawiający oczekuje papieru z nadrukiem, czy bez nadruku?

**Odp. bez nadruku**

**Pakiet nr 13, pozycja 3-** Czy Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego (Mitsubishi, Japonia), gwarantującego jakość i trwałość wydruku, czy dopuszcza zamiennik o gorszych parametrach?

**Odp. PAPIER KOMPATYBILNY**

**Pakiet nr 13, pozycja 6-** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru w bloku 160-kartkowym?

**Odp. NIE**

**Pakiet nr 13, pozycja 7-** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrody uniwersalnej w rozmiarze 45 x 43mm?

**Odp. TAK**

Pytanie 1

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 6 poz. 33 i dopuści: Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m<sup>2</sup>, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku, wyrób medyczny klasy I?

Lub

**Odp. NIE**

Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m<sup>2</sup>, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku, wyrób medyczny klasy I?

**Odp. NIE**

dotyczy: Przetargu nieograniczonego na:

**Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku  
Znak sprawy WSPL Zam. Publ. Nr 20/19**

**Działając w oparciu o przepis art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych wnosimy o wyjaśnienie treści SIWZ**

**Pytanie**

**Pakiet 5, poz. 1**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawicy nitrylowej, bezpudrowej, o niższym lepszym poziomie AQL = 1.0, oznakowanej jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kat. III na opakowaniu, powierzchnia zewnętrzna biszkoptowa z dodatkową widoczną teksturą na końcach palców, grubość na palcu 0,11mm, zapewniająca wysokie bezpieczeństwo użytkownika, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, polimeryzowana oraz pokryta warstwą kolagenu i allantoiny, co zapewnia utrzymanie właściwego nawilżenia skóry oraz natychmiastową regenerację, łagodząc podrażnienia wynikające z pracy w szczególnie niesprzyjających warunkach, zgodność z normą EN 455 potwierdzona raportem z badania, przebadane na przenikalność co najmniej 4 różnych substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, przebadane na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, dopuszczone do kontaktu z żywnością potwierdzone deklaracją wytwórcy oraz oznakowaniem na opakowaniu, zgodne z normą EN 420, informacje fabrycznie umieszczone na opakowaniu, opakowanie rękawic a'100 sztuk – z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości w formularzu cenowym.

**Odp. Zgodnie z siwz**

**Pytanie**

**Pakiet 5, poz. 2**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania wysokiej jakości rękawic chirurgicznych renomowanej firmy, lateksowych, bez pudrowych, z wewnętrzną warstwą pokrytą poliuretanem oraz silikonowaną, grubość na palcu max. 0,27 mm, AQL ≤ 1,0, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, zgodny z normą niski poziom protein w badaniach niezależnych < 30 ug/g, mankiet rolowany z opaską samoprzylepną zapewniającą doskonale przyleganie rękawicy do mankieta fartucha, opakowanie foliowe, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3, siła zrywania przed starzeniem 19N, po starzeniu 18N, badania na przenikalność cytostatyków.

**Odp. Zgodnie z siwz**

**Pytanie**

**Pakiet 5, poz. 3**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania wysokiej jakości rękawic chirurgicznych renomowanej firmy, lateksowych, bez pudrowych, środkowa warstwa pokryta poliuretanem i silikonowana, kolor brązowy, grubość na palcu 0,180mm, AQL ≤ 1.0, sterylizowane promieniami gamma, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, siła zrywania przed starzeniem i po starzeniu min. 13 N.

**Odp. Zgodnie z siwz**

**Dotyczy postępowania: Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku – znak sprawy WSPL Zam. Publ. Nr 20/19.**

jako uczestnik postępowania przetargowego zwraca się z następującymi pytaniami:

1/ Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 2-5 dopuści wycenę kaniul z filtrem hydrofobowym, pełniącym funkcję zastawki, w rozmiarach odpowiednio: 0,9x25mm; 1,1x32mm; 1,3x45mm; 1,3x45mm; 1,5x45mm?

**Odp. NIE**

2/ Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 8 dopuści wycenę strzykawki z nazwą handlową na strzykawce, gwarantującą pełną identyfikację producenta?

**Odp. TAK**

3/ Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 7 dopuści wycenę op. x 100szt z przeliczeniem ilości?

**Odp. TAK**

4/ Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 9-12 dopuści wycenę strzykawek skalowanych odpowiednio: 2ml do 2,5ml; 5ml do 6ml; 10ml do 12ml; 20ml do 24ml?

**Odp. TAK**

5/ Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 12 dopuści wycenę op. x 100szt z przeliczeniem ilości?

**Odp. TAK**

prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w oparciu o następujące pytania:

#### **Pytanie nr 1, Pakiet nr 8, pozycja 10**

Czy zamawiający dopuści produkt równoważny do produktu w pozycji 10?

**Odp. Zgodnie z siwz**

#### **Pytanie nr 2, Pakiet nr 8, pozycja 11**

Czy zamawiający dopuści dren o długości 200 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp. TAK**

#### **Pytanie nr 3, Pakiet nr 8, pozycja 12**

Czy zamawiający dopuści wagę 25 g? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp. Zgodnie z siwz**

#### **Pytanie nr 4, Pakiet nr 8, pozycja 12**

Czy zamawiający dopuści przestrzeń martwa 38 ml? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp. Zgodnie z siwz**

**Dot. postępowania „Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku”, znak sprawy 20/19**

Działając w imieniu Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A. z siedzibą w Toruniu, zwracam się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. **Pakiet nr 6 poz. 1:** czy Zamawiający wymaga waty w opakowaniu foliowym chroniącym przed wilgocią i zabrudzeniami?

**Odp. TAK**

2. **Pakiet nr 6 poz. 13-16:** czy Zamawiający dopuści opaski pakowane pojedynczo w opakowanie foliowe? Reszta parametrów zgodna z SWIZ.

**Odp. TAK**

3. **Pakiet nr 6 poz. 28:** czy Zamawiający ma na myśli rękaw elastyczny na dłoń lub stopę, co odpowiada szerokości rękawa 2,5-3 cm?

**Odp. NIE**

4. **Pakiet nr 6 poz. 29:** czy Zamawiający ma na myśli rękaw elastyczny na głowę lub udo, co odpowiada szerokości rękawa 5,5-6 cm?

**Odp. NIE**

5. **Pakiet nr 6 poz. 34:** czy Zamawiający ma na myśli rękaw elastyczny na głowę lub udo, co odpowiada szerokości rękawa do 1,5 cm?

**Odp. NIE**

#### **Pytania dot. wzoru umowy:**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 2 ust. 3) zapisu na: „w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmieni się cena brutto wyrobów zawartych w umowie, natomiast ceny netto pozostaną bez zmian”?

#### **Odp. Zapis umowy par. 2 pkt 3.**

2. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust 2) wzoru umowy wyrażenie „10% wartości brutto przedmiotu umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „10% niezrealizowanej wartości umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku

odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

### **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków3. umowy**

4. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust 1) wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Uzasadnione jest, aby przestanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione naruszenie terminu. Nie ma uzasadnienia rozszerzania odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, "kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonaniu umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy." Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15 stwierdzając „uprawnienie do dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opóźnienia (a nie zwłoki) powoduje niesłuszne obciążanie wykonawcy skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił winy i nie będzie miał żadnego wpływu na ich zaistnienie. Obciążenie wykonawcy ryzykiem za wszelkie zdarzenia prowadzące do nieterminowego spełnienia świadczenia w sposób oczywisty prowadzi do zachwiania równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, będącej jego właściwością, co pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody umów, o jakiej mowa w art. 3531 k.c.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków 5. umowy**

**Pakiet nr 6 poz. 36**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rozmiaru gąbki w kształcie walca o rozmiarze 8 x ø 3cm.

**Odp. Zamawiający zmienia wcześniejszą odpowiedź i nie dopuszcza zmiany opisu przedmiotu zamówienia.**

**Pozycja 25** - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów chłonnych zbudowanych z 4 warstw materiałów chłonnych o różnych właściwościach, jałowych, w rozmiarze 10x20cm w op. a' 25szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odp. TAK**

**Pozycja 25** - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów chłonnych zbudowanych z 4 warstw materiałów chłonnych o różnych właściwościach, jałowych, w rozmiarze 10x10cm w op. a' 25szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odp. Zamawiający wcześniej udzielił błędnej odpowiedzi. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.**

**Pakiet nr 9, pozycja 2**- Czy Zamawiający dopuści fartuch dostępny tylko w rozmiarze L, XL i XXL?

**Odp. TAK**

**Zamawiający zmienia wyjaśnienia dotyczące pytania**

**pakiet 14, pozycje 4 i 5:**

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie odpisu przedmiotu zamówienia w pakiecie 14 w pozycjach 4 oraz 5.

Czy mają to być pojemniki, o których mowa w par. 5 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia w sprawie szczegółowego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5.10.2017 r. w sprawie *szczególowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi* (Dz.U. z 2017 r. poz. 1975), czyli zewnętrzne pojemniki, do których wkłada się odpady z biologicznymi czynnikami chorobotwórczymi zgromadzone uprzednio w stosownym worku lub pojemniku? Prosimy o podanie materiału z jakiego pojemniki mają być wykonane oraz ich przeznaczenia.

**Odp. NIE** mają to być pojemniki, o których mowa w par. 5 ust. 1 pkt 1 b) rozporządzenia w sprawie szczegółowego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5.10.2017 r. w sprawie *szczególowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi* (Dz.U. z 2017 r. poz. 1975), Na zdjęciu zamieszczono przykładowy rodzaj i typ pojemnika o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia



Zmiana wcześniejszej odpowiedzi

**Dotyczy pakietu 15 poz 1**

Prosimy Zamawiającego o podanie pojemności wkładów jednorazowych np. 1L, 2L lub 3L

**Odp. pojemności wkładów jednorazowych. 1L**

**„Wyjaśnienia udzielone później uaktualniają brzmienie siwz w stosunku do poprzedniego, czy to pierwotnego brzmienia, czy nadanego innymi, wcześniejszymi wyjaśnieniami”.**

**Dotyczy przetargu nieograniczonego na „dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku”, znak sprawy WSPL Zam. Publ. Nr 20/19, pakiet 1.**

Niniejszym działając na podstawie Art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, firma Becton Dickinson Polska Sp. z o.o. zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: siwz).

**1. Dotyczy Pakiet 1 pozycje 2 – 6**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycjach 2 – 6:

Kaniule do kaniulacji żył obwodowych, z samodomykającym się korkiem portu bocznego, z zastawką antyzwrotną, dostępność rozmiarów 22-14G, kaniula widoczna w promieniach RTG, minimum 4 wtopione paski radioceniujące, kaniula wykonana z materiału biokompatybilnego - poliuretan. Opakowanie sztywne, zabezpieczające przed utratą jałowości, nazwa własna kaniul bezpośrednio na produkcie. sterylizowane tlenkiem etylenu lub radiacyjni, sterylne, jednorazowego użytku

22G 0,9 x 25mm przepływ min. 42 ml/min

20G 1,1 x 32mm przepływ min. 67 ml/min

18G 1,3 x 32mm przepływ min. 103 ml/min

18G 1,3 x 45mm przepływ min. 103 ml/min

17G 1,5 x 45mm przepływ min. 133 ml/min

16G 1,8 x 45mm przepływ min. 236 ml/min

14G 2,0 x 45mm przepływ min. 270 ml/min



Jakość i nieinwazyjność poliuretanu jako materiału, z którego został wykonany cewnik ma zostać potwierdzona dołączonymi do oferty badaniami klinicznymi lub laboratoryjnymi (min. 3) potwierdzającymi ograniczenie ryzyka występowania zakrzepowego zapalenia żył związanego z materiałem zastosowanym do produkcji kaniuli

**Odp. NIE**

**2.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet czterech miejsc po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

**Odp. NIE**

**3.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę by zamówienia, które wpłyną do Dostawcy po godzinie 14:00 były traktowane jak przesłane następnego dnia roboczego o godzinie 8:00 rano? Wszystkie zamówienia są realizowane niezwłocznie, jednakże wymagają zorganizowania procesu logistycznego, tak aby można było dotrzymać terminu dostawy wskazanego w umowie.

**Odp. NIE – kryterium wyboru**

**Dot. postępowania „Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku”, znak sprawy 20/19**

Działając w, zwracam się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. **Pakiet nr 6 poz. 35:** czy Zamawiający dopuści opakowania a'50 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości w formularzu z zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

**Odp. TAK**

2. **Pakiet nr 6 poz. 36:** czy Zamawiający dopuści gąbkę wateczek o długości 80 mm i średnicy 30 mm, opakowanie 5 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości w formularzu z zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

3. **Odp. NIE**

4. **Pakiet nr 6 poz. 37:** czy Zamawiający dopuści gąbkę w rozmiarze 8 x 5 x 0,1 cm?

**Odp. TAK**