

Wyjaśnienia treści siwz:

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku 2.

Znak sprawy WSPL Zam. Publ. Nr 27/19

Pakiet 2a

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie, czy w opisie materiału szewnego nie nastąpiła omyłka i czy Zamawiający ma na myśli materiał szewny wchłaniający się w okresie 60-90 dni?

Odp. Zamawiający ma na myśli materiał szewny wchłaniający się w okresie 60-90 dni.

Pakiet 2c

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie, czy w opisie przedmiotu zamówienia nie nastąpiła omyłka, ponieważ Pakiet 2c zawiera 12 pozycji, a Zamawiający opisując wymagania dotyczące materiału szewnego wspomniał o pozycji 16, 17 i 18?

Odp. Zamawiający wykreśla pozycji 16, 17 i 18.

Pakiet 2c, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 12 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 2c, poz. 12

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 17 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku 2
Numer postępowania 27/19

jako uczestnik postępowania przetargowego zwraca się z następującymi zapytaniami:

Pakiet nr 2a - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów wykonanych z polidoksanonu o podtrzymywaniu tkankowym ok. 70% po 28dniach, ok. 50% po 42 dniach?

Pakiet nr 2a – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o czasie wchłaniania 60-90 dni?

Pakiet nr 2a, pozycja 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o długości 26mm?

Pakiet nr 2b - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów wykonanych z polidiodksanonu o podtrzymywaniu tkankowym ok. 70% po 28 dniach, ok. 50% po 42 dniach?

Pakiet nr 2b, pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 26mm?

Pakiet 2a i 2b - Czy Zamawiający w związku z postanowieniem zawartym w art. 14 ustęp 2 Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., które brzmi następująco: „Dopuszcza się, aby wyroby przeznaczone do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostarczane profesjonalnym użytkownikom miały oznakowania lub instrukcje używania w języku angielskim, z wyjątkiem informacji przeznaczonych dla pacjenta, które podaje się w języku polskim lub wyraża za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów” odstąpi od wymogu, aby opakowania zaopatrzone były w etykietę handlową sporządzoną w języku polskim? Jednocześnie gwarantujemy, że instrukcje użytkownika znajdujące się w opakowaniach zbiorczych będą w języku polskim?

Pakiet 2c – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pakietu 2c z pakietu 2? Takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu w pakiecie 2

Pakiet nr 3, pozycja 7-9- Czy Zamawiający kompresy pakowane 50 x 2 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. TAK dopuszcza

Pakiet nr 3, pozycja 13-16 Czy Zamawiający dopuści opaskę pakowaną w opakowanie papierowe?

Odp. TAK dopuszcza

Pakiet nr 3, pozycja 13-16 Czy Zamawiający dopuści opaskę pakowaną w kartonik?

Odp. TAK dopuszcza

Pakiet nr 3, pozycja 17-19- Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6minut?

Odp. TAK dopuszcza

Pakiet nr 3, pozycja 17-19- Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie do 3 minut?

Odp. TAK dopuszcza

Pakiet nr 3, pozycja 17-19- Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe pakowane a'1 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. TAK dopuszcza

Pakiet nr 3, pozycja 22 - Czy Zamawiający dopuści opaski podgipsowy pakowane a'6 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. TAK dopuszcza

Pakiet nr 3, pozycja 23- Czy Zamawiający dopuści watę o chłonności 10g/g, pakowaną w opakowanie papierowe?

Odp. NIE

Pakiet nr 3, pozycja 25, 26- Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'25szt z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych op. w górę?

Odp. TAK dopuszcza

Pakiet nr 3, pozycja 26- Czy Zamawiający dopuści kompresy w rozmiarze 10x10cm?

Odp. NIE

Pakiet nr 3, pozycja 25, 26- Czy Zamawiający dopuści kompresy w opakowaniu folia-papier?

Odp. TAK dopuszcza

Pakiet nr 3, pozycja 28, 29, 34 - Czy Zamawiający dopuści rękawy opatrunkowe wykonane z 70-80% przędzy poliamidowej i 20-30% poliuretanowej przędzy elastomerowej?

Odp. NIE

Pakiet nr 4, pozycja 1-3- Czy Zamawiający dopuści przylepiec tkaninowy?

Pakiet nr 4, pozycja 1-3- Czy Zamawiający dopuści przylepiec z prostymi brzegami?

Pakiet nr 4, pozycja 4-5- Czy Zamawiający dopuści przylepiec z prostymi brzegami?

Pakiet nr 4, pozycja 3-8- Prosimy o doprecyzowanie czy jednostką miary jest szt. czy op.?

Pakiet nr 4, pozycja 11- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu?

Pakiet nr 4, pozycja 15- Czy Zamawiający dopuści paski do łączenia brzegów ran w rozmiarze 13x100mm?

Pakiet nr 4, pozycja 16- Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'25 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Pakiet nr 4, pozycja 19- Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 6x8cm?

Pakiet nr 4, pozycja 20- Czy Zamawiający dopuści opatrunek w opakowaniu a'50 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości i wyceną za sztukę?

Pakiet nr 4, pozycja 21- Czy Zamawiający dopuści opatrunek w opakowaniu a'30 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości i wyceną za sztukę?

Odp. Zamawiający w Pakiecie 4 wymaga dostarczenia asortymentu zgodnie z opisem.

Pakiet nr 5, pozycja 1- Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowo-polietylenowej z przodu i na rękawach – gramatura 39g/m², z tyłu z włókniny polipropylenowej 27g/m²?

Pakiet nr 5, pozycja 1- Czy Zamawiający dopuści fartuchy pakowane a'10 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Pakiet nr 5, pozycja 2- Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawem o prostym standardowym kroju?

Pakiet nr 5, pozycja 2- Czy Zamawiający dopuści fartuch dostępny w rozmiarze L i XL?

Pakiet nr 5, pozycja 2- Czy Zamawiający dopuści fartuch sterylny?

Pakiet nr 5, pozycja 3,4 - Czy Zamawiający dopuści serwetę o odporności na przenikanie cieczy 180cm H₂O?

Pakiet nr 5, pozycja 3- Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x70cm?

Pakiet nr 5, pozycja 6- Czy Zamawiający dopuści serwetę pakowaną a'10 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający w Pakiecie 5 wymaga dostarczenia asortymentu zgodnie z opisem.

Dotyczy : Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku 2

Znak sprawy WSPL Zam. Publ. Nr 27/19

Działając w imieniu zwracam się z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej „SIWZ”) w poniższym zakresie:

Pakiet 3, poz. 10-12

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy poliestrowej 100%, gdyż włókna wiskozowe stosowane jako zamiennik poliestru są niezbyt wytrzymałe, gniotą się oraz elektryzują, co wpływa niekorzystnie na komfort pacjenta?

Odp. TAK dopuszcza

Pakiet 3, poz. 1-16, 28-32,34

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1-16, 28-32,34 z pakietu 3. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja

będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

Odp. NIE

Pakiet 3, poz. 28-29,34

Czy w związku z komfortem użytkowania siatek oraz wysoką przepuszczalnością zamawiający wymaga poniższej wielkości oczek?

Rozmiar 1 - 9mm x 10mm

Rozmiar 2 – 13mm x 15mm

Rozmiar 3 - 13mm x 15mm

Rozmiar 4 - 13mm x 15mm

Rozmiar 6 - 13mm x 15mm

Rozmiar 8 - 13mm x 15mm

Rozmiar 10 - 13mm x 15mm

Rozmiar 14 - 13mm x 15mm

Odp. NIE

Pakiet 3, poz. 28-29,34

Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?

Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku

Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w.

Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.

Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć – 25-45 mm j.w.

Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.

Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.

Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.

Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w.

Odp. NIE

Pakiet 3, poz. 28-29,34

Czy zamawiający wymaga wyceny za 25 mb w stanie rozciągniętym?

Odp. Zgodnie z siwz

Pakiet 3, poz. 30-32,

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 2 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odp. TAK dopuszcza

Pakiet 5, poz. 1-2,5,7

Czy zamawiający wydzieli poz.1-2,5,7 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odp. Zgodnie z siwz

Pakiet 5, poz. 1

Czy zamawiający dopuści fartuch ochronny podfoliowany, ze ściągaczem dzianinowym o szerokości 5 cm, wiązany z boku i na szyi , wykonany z polipropylenu o gramaturze 30 g/m² + polietylen PE, w kolorze białym, o długości 115 cm, pakowane po 10 szt. w opakowaniu -100 szt. w kartonie, Oznakowanie CE zgodnie z EU Dyrektywą dla wyrobów medycznych 93/42/EEC, klasa 1, niesterylna?

Pakiet 5, poz. 1

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Zgodnie z siwz

Pakiet 5, poz. 2

Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym?

Pakiet 5, poz. 2

Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L i XL?

Pakiet 5, poz. 2

Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym o wymiarach 112 cm x 140 cm?

Pakiet 5, poz. 2

Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym o wymiarach 120 cm x 145 cm?

Pakiet 5, poz. 2

Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pakiet 5, poz. 2

Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, z rozcięciem w tylnej części, poły do zakładania z tyłu na plecach, wiązany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 g/m², długi rękaw, zakończony mankietem z bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu w talii, niesterylny?

Pakiet 5, poz. 2

Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z bawełnianym ściągaczem?

Odp. Zgodnie z siwz cały pakiet 5.

**Dot. przetargu nieograniczonego: Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku 2
znak sprawy: 27/19**

ZAPYTANIA I WNIOSKI DO SIWZ

Dotyczy pakietu 6 poz 1

Prosimy Zamawiającego o podanie pojemności wkładów jednorazowych np. 1L, 2L lub 3L

Odp. pojemności wkładów jednorazowych -1L,

Dotyczy pakietu 6 poz 1

Prosimy Zamawiającego o podanie minimalnej średnicy portu do wsypywania proszku żelującego np. 25mm

Odp. minimalna średnica portu do wsypywania proszku żelującego 25mm

Dotyczy pakietu 6 poz 3

Prosimy Zamawiającego o podanie modelu pistoletu z jakim mają być kompatybilne igły

Odp. Automatyczny pistolet do biopsji MEDGUN firmy Beryl.

Dotyczy Pakietu 6 poz 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł od 12G do 20G (40 sztuk) dzięki temu użytkownik uzyska większą ilość rozmiarów

Odp. Zamawiający dopuszcza igieły od 12G do 20G

Dotyczy pakietu 6 poz 4

Prosimy o wydzielenie ww poz do oddzielnego pakietu. Wydzielenie to zwiększy liczbę składanych ofert konkurencyjnych.

Odp. Zamawiający wydziela do osobnego pakietu nr 7.

Dotyczy pakietu 6 poz 6

Prosimy o dopuszczenie proszku żelującego w saszetkach 25 gram

Odp. TAK dopuszcza

Dotyczy zapisów SIWZ

Prosimy o wyjaśnienie czy nie zaszła pomyłka pisarska w opisie oznaczenia koperty?

Odp. ????????

Dotyczy zapisów SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, **który nie należy do żadnej grupy kapitałowej**, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakkolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy,

Odp. Dopuszczamy do złożenia z ofertą w/w oświadczenia.

Dotyczy projektu umowy § 6 ust. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu do 72 godzin.

Należy nadmienić, iż wskazany w w/w postanowieniu umownym termin 24 godzin jest z obiektywnych przyczyn terminem zbyt krótkim, co w praktyce może prowadzić do niemożliwości wywiązania się przez Wykonawcę z nałożonego obowiązku.

Dotyczy projektu umowy § 8 ust. 1

Naszym zdaniem, kary umowne za opóźnienia winny być naliczane w kwocie 0,5% od wartości netto niezrealizowanej dostawy, a nie od wartości niezrealizowanej części umowy brutto.

Podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wystawionych faktur w miesiącu. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne.

Prosimy zatem aby kary naliczane były tylko od wartości netto nie wykonanego w terminie świadczenia (czyli dostawy).

Dotyczy projektu umowy § 8 ust. 1

Naszym zdaniem, kary umowne winny być naliczane **od wartości netto niezrealizowanej części umowy (według stanu na dzień odstąpienia), a nie od wartości umowy brutto.**

Podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wystawionych faktur w miesiącu. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne.

Prosimy zatem aby kary naliczane były tylko od wartości netto nie wykonanego świadczenia.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków umowy.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Pakiet 3

Pozycja 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania gazy kopertowanej jałowej?

Odp. TAK

Pakiet 3

Pozycje 13-16 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski elastycznej z zapinką (opaska o szerokości 15 cm – poz. 16 posiada 2 zapinki), pakowana pojedynczo w kartonik, o długości 5 m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości tj. 160 sztuk?

Odp. TAK

Pakiet 3

Pozycje 17-19 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek gipsowych szybkowiążących nawiniętych na rolkę z ekologicznej tektury ulegającej biodegradacji, ułatwiającej wyciskanie i modelowanie opaski, o czasie wiązania 4-6 minut – pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odp. TAK

Pakiet 3

Pozycje 20-22 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania syntetycznej wyściółki pod gips pakowanej po 5 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości oraz zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę tj. po 401 opakowań?

Odp. TAK

Pakiet 3

Pozycja 23 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ligniny owiniętej w papier pakowy, lignina o chłonności 9,2 – 10,5 g/g?

Odp. TAK

Pakiet 3

Pozycja 25 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kombinowanych kompresów chłonnych, sterylnych w rozmiarze 10 x 20 cm w opakowaniu 25 x 1 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości tj. 48 opakowań?

Odp. TAK

Pakiet 3

Pozycja 26 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kombinowanych kompresów chłonnych, sterylnych w rozmiarze 10 x 10 cm w opakowaniu 25 x 1 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości tj. 32 opakowań?

Odp. TAK

Pakiet 3

Pozycja 27 – czy Zamawiający wyłączy wymienioną pozycję z całości zamówienia i utworzy z niej odrębny przedmiot zamówienia, pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie Wykonawców.

Odp. NIE

Pakiet 3

Pozycje 28-29, 34 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania siatkowy elastyczny rękaw o składzie: 68% bawełna, 24% poliamid, 8% elastan?

Odp. NIE

Pakiet 3

Pozycja 35-36 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania tupferów niejałowych w opakowaniu:

Poz. 35 – a'1000 sztuk

Poz. 36 – a'2 x 500 sztuk

Z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości do pełnych opakowań w górę tj. po 3 opakowania?

Odp. TAK

WZÓR UMOWY

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”? Uzasadnione jest aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 2 wzoru umowy wyrażenie „10% wartości brutto przedmiotu umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „10% niezrealizowanej części umowy brutto”? Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie/wypowiedzenie/rozwiązanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia/wypowiedzenia/rozwiązania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków umowy.