

Poznań 30 kwietnia 2020 r.

Zwracam się z uprzejmie prośbą o wyjaśnienie zapisu SWIZ, znak sprawy WSPL Zam. Publ. nr 11/20, punkt 3, pozycja 3.16. - W jaki sposób ma zostać dostarczona do Państwa wersja elektroniczna oferty przedstawianej przez wykonawcę? Czy ma być to na nośniku CD, czy inna forma?

**Odp. Proszę po otwarciu ofert dostarczyć wersję elektroniczną na adres: [zam.pub@wspl.info.pl](mailto:zam.pub@wspl.info.pl)**

Czy zamawiający dopuści obiektyw nowej generacji UC-100x/oil do pracy ze szkiełkiem nakrywkowym jak i bez szkiełka nakrywkowego zamiast opisanego w materiałach obiektywu 100xNGC pracującego tylko bez szkiełka nakrywkowego.

Zapewniam, że wszystkie parametry oferowanego obiektywu są identyczne zarówno powiększenie, apertura, odległość robocza i korekcja.

**Odp. Tak dopuszczamy proponowany obiektyw pod warunkiem, że wszystkie parametry oferowanego obiektywu są identyczne zarówno powiększenie, apertura, odległość robocza i korekcja. Udowodnienie identyczności parametrów leży po stronie Wykonawcy.**

**Dotyczy: zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych wnoszę następujące zapytania do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na:

***„Dostawę sprzętu medycznego wraz z dostawą i montażem w przychodni” –***

Znak sprawy WSPL Zam. Publ. Nr 11/20

**Pakiet 2 - ultrasonograf z kolorowym Dopplerem**

1. Zamawiający w pkt. 18.2 SIWZ podaje następujące kryterium oceny ofert:  
Koszt eksploatacji – przeglądy technicznego w okresie 3 lat po upływie gwarancji.

- do 0,6 % wartości brutto oferowanego urządzenia – 10 pkt.

- powyżej 0,6 % do 1 % wartości brutto oferowanego urządzenia – 5 pkt

- powyżej 1 % - 0 pkt

natomiast w formularzu Oferta Zamawiający wymaga podania ceny brutto za 1 roczny przegląd.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający przy ocenie będzie mnożył cenę 1 roczny przegląd x 3 lata czy też ocenie podlega cena 1 przeglądu?

**Odp. Ocenie podlega wartość – cena za 1 przegląd.**

2. Prosimy o odstąpienie od wymogu lokalizacji najbliższego punktu serwisowego do 100 km od Poznania. Wykonawca składając ofertę akceptuje stawiane przez Zamawiającego wymogi odnośnie czasu reakcji serwisu oraz wykonania naprawy. W przypadku ich niedotrzymania Zamawiający będzie naliczał kary umowne. W związku z tym, wymóg lokalizacji punktu serwisowego do 100 km od Poznania jest niczym nieuzasadniony i ogranicza możliwość złożenia oferty przez wykonawców mających siedziby lub oddziały w Poznaniu lub jego okolicach.

**Odp. W ocenie Zamawiającego lokalizacja punktu serwisowego w wymaganej odległości ma wymierne uzasadnienie ekonomiczne. Dotyczy to ostów serwisu jakie Wykonawca nalicza sobie po okresie gwarancji. W okresie gwarancji Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów, ale po okresie gwarancji Wykonawcy są już bardzo kreatywni w naliczaniu godziny pracy serwisanta, kosztów dojazdów (kilometrówki opłaty za autostrady wiatol) jak również opłata za noclegi.**

**Zamawiającemu również chodzi o zakup sprzętu popularnego, w sensie ogólnodostępnego, w takim przypadku znalezienie przez Wykonawcę i przedstawienie Zamawiającemu serwisu do 100 km nie powinno być problemem.**

3. §6 ust. 5 umowy – Zamawiający w załączniku nr 2 – pkt 8 warunki gwarancji i serwisu – wymaga, w przypadku trzykrotnej naprawy tego samego podzespołu, który ma wpływ na prawidłową pracę jego wymiany na nowy na koszt Wykonawcy w terminie 5 dni roboczych od dnia wystąpienia takiej okoliczności. W celu ujednoczenia zapisów prosimy o zmianę §6 ust. 5 umowy na: „W przypadku trzykrotnej naprawy tego samego podzespołu, który ma wpływ na prawidłową pracę do wymiany na nowy na koszt Wykonawcy w terminie 5 dni roboczych od dnia wystąpienia takiej okoliczności” co będzie zgodne z załącznikiem nr 2.

**Odp. W ocenie Zamawiającego trzykrotna wymiana jednej części, a trzykrotna naprawa tego samego podzespołu to są różne zapisy. Wymiana urządzenia, a wymian części tego urządzenia to są różne warunki. W związku z powyższym nie zmieniamy tych warunków.**

4. §6 ust. 7 umowy – Zamawiający wymaga, aby naprawa gwarancyjna powinna być wykonana w terminie 3 dni bez wymiany części i do 7 dni z wymianą części. W związku z rozbieżnościami z załącznikiem nr 2 – pkt 4 warunki gwarancji i serwisu – prosimy o zmianę pkt 4 warunki gwarancji i serwisu – załącznik nr 2 na: „Zamawiający wymaga, aby naprawa gwarancyjna powinna być wykonana w terminie 3 dni bez wymiany części i do 7 dni z wymianą części”, co będzie zgodne z zapisem umowy.

**Odp. W ocenie Zamawiającego zapisy umowy i warunków gwarancji szczególnie w połączeniu z pkt 3 dotyczą różnych sytuacji.**

5. 6 ust. umowy – Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na czas naprawy trwającej dłużej niż 7 dni, przekazał sprzęt zastępczy o parametrach technicznych nie gorszych niż naprawiany sprzęt. W związku z rozbieżnościami z załącznikiem nr 2 – pkt 4 warunki gwarancji i serwisu – prosimy o zmianę pkt 9 warunki gwarancji i serwisu – załącznik nr 2 na: „Wykonawca zobowiązany jest do przekazania, na czas naprawy trwającej dłużej niż 7 dni, sprzętu zastępczego o parametrach technicznych nie gorszych niż naprawiany sprzęt.”, co będzie zgodne z zapisem umowy.

**Odp. 6 ust. umowy – Zamawiający nie wiem o który „6 ust. Umowy” chodzi.**

6. Dotyczy Załącznika 2 Pakiet 2 Aparat USG pkt A.12. - Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG posiadający maksymalną częstotliwość odświeżania obrazu „Frame Rate” 1041 obr/s? Przy takiej jak proponowana prędkości odświeżania różnica będzie niezauważalna dla użytkownika.

**Odp. Zamawiający wymaga:**

12	Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu „Frame Rate” na zaoferowanych głowicach wyświetlana na ekranie min. 1400 obr/s	Tak, Podać	
----	--	------------	--

7. Dotyczy Załącznika 2 Pakiet 2 Aparat USG pkt A.18. - Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG posiadający możliwość pracy maksymalnie na 4 ogniskach jednocześnie? Podczas badania używa się 1 lub 2 ognisk jednocześnie. Większa ich ilość powoduje duże spowolnienie odświeżania obrazu.

**Odp. Zamawiający wymaga:**

18.	Maksymalna liczba ognisk min. 10	Tak, Podać	
-----	----------------------------------	------------	--

8. Dotyczy Załącznika 2 Pakiet 2 Aparat USG pkt A.22. - Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG posiadający wbudowaną baterię pozwalającą na wprowadzenie aparatu w tryb uśpienia, przewiezienie w miejsce wykonywania badania i szybki restart systemu w czasie poniżej 12 sekund bez możliwości kontynuowania pracy na tej baterii?

**Odp. Zamawiający wymaga:**

22.	Wbudowana betaria pozwalająca na ciągłą pracę min. 90 min.	Tak	
-----	--	-----	--

9. Dotyczy Załącznika 2 Pakiet 2 Aparat USG pkt B.18. - Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści funkcję wizualizacji igły równoważną do Vis – needle, ponieważ parametr ten w takim brzmieniu ogranicza możliwość złożenia ważnej oferty do jednego producenta jakim jest SonoScape.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający posiada już kilka urządzeń wymienionego producenta.**

10. Dotyczy Załącznika 2 Pakiet 2 Aparat USG pkt C. - Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG posiadający głowicę convex o zakresie podstawowych częstotliwości pracy wyświetlanym na ekranie 1,3-5,7 MHz, 3 częstotliwościach podstawowych, 4 częstotliwościach harmonicznymi i promieniu krzywizny 60 mm spełniającą pozostałe wymagania?

11. Dotyczy Załącznika 2 Pakiet 2 Aparat USG pkt D. - Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG posiadający głowicę liniową o paśmie częstotliwości 3,5-16 MHz, 3 częstotliwościach podstawowych, 3 częstotliwościach harmonicznymi spełniającą pozostałe wymagania? Proszę o potwierdzenie, że szerokość czoła głowicy 38cm +/- 2 cm jest omyłką pisarską i jednostką miary powinny być milimetry [mm].
12. Dotyczy Załącznika 2 Pakiet 2 Aparat USG pkt E. - Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG posiadający głowicę endokawitarną o paśmie częstotliwości 2,6-12,8 MHz, 3 częstotliwościach podstawowych, 3 częstotliwościach harmonicznymi i promieniu krzywizny 12,06 mm spełniającą pozostałe wymagania?

**Odp. Zamawiający wymaga dotyczy pytań 11 i 12:**

<b>C.</b>	<b>GŁOWICA KONWEKSOWA</b>	
1.	Głowica konweksowa do badań abdominalnych, położniczych, urologicznych i pediatrycznych	Tak, podać symbol głowicy
2.	Zakres podstawowych częstotliwości pracy wyświetlany na ekranie min. 1-7 MHz	Tak, Podać
3.	Minimum 5 podstawowych częstotliwości pracy	Tak, Podać
4.	Minimum 5 częstotliwości harmonicznymi	Tak, Podać
5.	Liczba elementów w głowicy minimum 128	Tak, Podać
6.	Kąt obrazowania głowicy minimum 70 stopni	Tak, Podać
7.	Promień krzywizny czoła głowicy 50mm	Tak, Podać
<b>D.</b>	<b>GŁOWICA LINIOWA</b>	
1.	Głowica liniowa do badań płytko położonych narządów, przepływów naczyniowych	Tak, podać symbol głowicy
2.	Zakres podstawowych częstotliwości pracy wyświetlany na ekranie min. 4-18 MHz +/- 1 MHz	Tak, Podać
3.	Minimum 5 podstawowych częstotliwości pracy	Tak, Podać
4.	Minimum 5 częstotliwości harmonicznymi	Tak, Podać
5.	Liczba elementów w głowicy minimum 192	Tak, Podać
6.	Szerokość czoła głowicy 38cm +/- 2 cm	Tak, Podać
<b>E.</b>	<b>Głowica endokawitarna</b>	
1	Głowica endokawitarna do badań rektalnych i ginekologiczno-położniczych	Tak, podać symbol głowicy

2	Zakres podstawowych częstotliwości pracy wyświetlany na ekranie min. 3-15 MHz+/- 1 MHz	Tak, Podać
3	Minimum 5 podstawowych częstotliwości pracy	Tak, Podać
4	Minimum 5 częstotliwości harmoniczných	Tak, Podać
5	Liczba elementów w głowicy minimum 192	Tak, Podać
6.	Kąt obrazowania min. 190 stopni i promień max. 11 mm	Tak, Podać
7.	Przystawka biopsyjna wielokrotnego użytku do sterylizowania z prowadnicą igły	Tak, Podać

13. Dotyczy Załącznika 2 Pakiet 2 Aparat USG pkt F.1. - Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG posiadający 8 par kursorów pomiarowych?

Należy zauważyć, że w trakcie badania na jednym obrazie rzadko wykonuje się więcej niż 4 pomiary. Proponowana przez nas ilość par kursorów pomiarowych jest więc wręcz w nadmiarze wystarczająca i nie wpłynie na jakość i komfort wykonywanych badań.

**Odp. Zamawiający wymaga**

<b>Pomiar odległości minimum 12 par znaczników wyświetlanych jednocześnie na ekranie</b>	<b>Tak, Podać</b>
--	-------------------

14. Dotyczy Załącznika 2 Pakiet 2 Aparat USG pkt I.2 i I.3. - Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG posiadający możliwość rozbudowy o głowice liniowe o parametrach innych niż wymagane?

**Odp. Zamawiający wymaga:**

<b>I.</b>	<b>MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY</b>	
1.	Możliwość rozbudowy o głowicę kardiologiczną dla dorosłych o min. zakresie częstotliwości 2-4 MHz	Tak, podać symbol głowicy
2	Możliwość rozbudowy o głowicę liniową o min. zakresie częstotliwości 4-18 MHz +/- 1Mhz i szerokości czoła 54mm+/- 2 mm	Tak, podać symbol głowicy
3	Możliwość rozbudowy o głowicę liniową typu „T” o min. zakresie częstotliwości 4-15 MHz +/- 1Mhz i szerokości czoła 35mm+/- 1mm	Tak, podać symbol głowicy
4.	Możliwość rozbudowy o obrazowanie Kontrastu	Tak

15. Dotyczy Załącznika 2 Pakiet 2 Aparat USG pkt D. - Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG posiadający głowicę liniową o paśmie częstotliwości 3,5-16 MHz, 3 częstotliwościach podstawowych, 3 częstotliwościach harmoniczných spełniającą pozostałe wymagania? Proszę o potwierdzenie, że szerokość czoła głowicy 38cm +/- 2 cm jest omyłką pisarską i jednostką miary powinny być milimetry [mm].

**Odp. Zamawiający wymaga – zmiana szerokości czoła głowicy:**

<b>D.</b>	<b>GŁOWICA LINIOWA</b>	
1.	Głowica liniowa do badań płytko położonych narzędów, przepływów naczyniowych	Tak, podać symbol głowicy
2.	Zakres podstawowych częstotliwości pracy wyświetlany na ekranie min. 4-18 MHz+/- 1 MHz	Tak, Podać
3.	Minimum 5 podstawowych częstotliwości pracy	Tak, Podać
4.	Minimum 5 częstotliwości harmoniczných	Tak, Podać
5.	Liczba elementów w głowicy minimum 192	Tak, Podać
6.	Szerokość czoła głowicy 38mm +/- 2 mm	Tak, Podać